

**SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ingegneria Clinica**

Allegati:

1. Nota del Referente Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Bosa;
2. Nota Direttore Servizio di Ingegneria Clinica;
3. Preventivo di spesa presentato dalla Ditta Gilardoni S.p.A. di Mandello del Lario (LC).

**Il Referente dell'Istruttoria**  
Salvatore Seoni

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
Ing. Marcello Serra

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 23/11/2011 al 07/12/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa Antonina Daga

**DELIBERAZIONE n° 743 del 21/11/2011**

---

**OGGETTO:** Affidamento manutenzione straordinaria per sostituzione di parti speciali non incluse nel contratto di assistenza tecnica della diagnostica telecomadata Gilardoni in uso all'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero "Mastino" di Bosa. Ditta Gilardoni S.p.A. di Mandello del Lario (LC).

---

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: Servizio Ingegneria Clinica

---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Marcello Serra

IL DIRIGENTE: Ing. Marcello Serra

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n° 612 del 14.04.2009 è stato affidato alla Ditta Gilardoni S.p.A. di Mandello del Lario (LC), il servizio di assistenza tecnica e manutenzione della diagnostica telecomadata Gilardoni in uso all'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero "Mastino" di Bosa, per il periodo 01.04.2009 - 31.03.2012 (3 anni);

**CONSTATATO** che il Referente dell'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero "Mastino" di Bosa ha richiesto la riparazione della diagnostica telecomadata Gilardoni in dotazione alla stessa Unità Operativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. 1);

**DATO ATTO** che il Direttore Servizio di Ingegneria Clinica con nota prot. n.75072 del 17.11.2011, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. 2), ha richiesto alla Ditta Gilardoni S.p.A. di Mandello del Lario (LC) una manutenzione sulla diagnostica telecomadata in uso presso l'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero Mastino di Bosa;

**ATTESO** che il tecnico della Ditta Gilardoni durante la manutenzione correttiva sulla diagnostica telecomadata ha ravvisato la necessità di sostituire la cuffia radiogena;

**PRECISATO** che il costo della cuffia radiogena della diagnostica telecomadata Gilardoni è escluso dal contratto di manutenzione in questione;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mariano Meloni

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Gilardoni S.p.A. di Mandello del Lario (LC) relativo alla sostituzione della cuffia radiogena della diagnostica telecomadata Gilardoni, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. n. 3);

**PRESO ATTO** della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Gilardoni S.p.A. di Mandello del Lario (LC);

**PRECISATO** che si rende necessario riparare urgentemente l'apparecchiatura in argomento, al fine di consentire la continuità dell'esecuzione di tutte le indagini radiografiche effettuate dall'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Bosa;

**RITENUTO** pertanto necessario dover provvedere ad autorizzare la spesa relativa alla sostituzione della cuffia radiogena, necessaria al buon funzionamento della diagnostica telecomadata Gilardoni;

Per i motivi esposti in premessa;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario F.F.;

#### **DELIBERA**

1) **di affidare** alla Ditta Gilardoni S.p.A. di Mandello del Lario (LC) la manutenzione straordinaria inerente alla sostituzione della Cuffia Radiogena necessaria al buon funzionamento della diagnostica telecomadata Gilardoni, in dotazione all'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero Mastino di Bosa, per l'importo complessivo presunto di Euro 12.100,00 IVA compresa;

2) **di far fronte** alla spesa di Euro 12.100,00 IVA compresa, sui fondi del conto n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione di attrezzature Sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa n. 1;

3) **di imputare** il costo complessivo presunto di Euro 12.100,00 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n. 5AA-G0202A0900;

4) **di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione della manutenzione;

5) **di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Ingegneria Clinica e all'Unità Operativa di Radiologia del P.O. Bosa, per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
Dott. Nicola Orrù

