




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

Contratti di Manutenzione gestiti dall'Ingegneria Clinica

Condizioni Generali richieste dalla ASL N° 5 di Oristano

Indice generale

Art. 1 Scopo del Documento	2
Art. 2 Caratteristiche dei servizi di manutenzione	2
Art. 3 Servizio di assistenza	4
Art 4 Parti di ricambio	7
4.a) Parti di ricambio non incluse	7
4.b) Parti di ricambio incluse	8
Modello 4.1: Tutti i ricambi e i kit periodici ESCLUSI	8
Modello 4.2: Tutti i ricambi e i kit periodici INCLUSI	8
Modello 4.3: Solo alcuni ricambi e kit periodici inclusi	8
Art. 5 Diritto di Recesso	8
Art. 6 Fatturazione	9
Art. 7 Foro Competente	9
Art 8 Penalità	9
Art. 9 - Ordine di validità dei documenti oggetto di contratto	9
Art. 10 – Periodo di validità contrattuale	9
Allegato 1	10
Allegato 2	11
Allegato 3	12
Allegato 4	14
.....	12

MEDAX s.r.l.
L'Amministratore

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/31783300783/317330560783/317356
Fax: 0783/778320783/779102
e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

Contratti di Manutenzione gestiti dall'Ingegneria Clinica

Condizioni Generali richieste dalla ASL N° 5 di Oristano

Art. 1 Scopo del Documento

Il Presente documento disciplina le condizioni generali richieste dalla ASL N° 5 di Oristano nel caso di affidamento diretto della manutenzione di Tecnologie Sanitarie (apparecchiature elettromedicali, biomedicali, di laboratorio, di supporto, ecc.) ubicate presso i servizi Ospedalieri e Territoriali della ASL N° 5 nonché quelle utilizzate presso il Domicilio del Paziente la cui manutenzione è gestita dal Servizio di Ingegneria Clinica.

Art. 2 Caratteristiche dei servizi di manutenzione

Le apparecchiature ed i dispositivi medici che costituiscono l'oggetto della manutenzione da parte della Ditta Esterna devono essere garantiti ad un elevato livello di affidabilità diagnostica e sicurezza elettrica e clinica al fine di garantire l'appropriatezza all'utenza e alla destinazione d'uso.

Requisiti fondamentali richiesti per le apparecchiature oggetto di manutenzione sono:

- Robustezza ed ergonomia;
- Affidabilità e sicurezza (aggiornate con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili).

Per i DM e le apparecchiature oggetto del contratto la Ditta deve prevedere nell'ambito della manutenzione e deve SEMPRE fornire preliminarmente alla stipula del contratto:

- dichiarazione di esclusiva per lo svolgimento delle attività di manutenzione nell'ambito del territorio della regione Sardegna su carta intestata del Produttore dell'apparecchiatura con chiara indicazione del periodo temporale cui fa riferimento l'esclusiva che non può essere precedente all'inizio della stipula del contratto;
- listino prezzi di tutte le parti di ricambio con indicazione della percentuale di sconto a noi riservata;
- un numero di FAX e un indirizzo e-mail a cui inoltrare le richieste di manutenzione.

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

Servizio Ingegneria Clinica


Tel.: 0783/3178300-0783/317830560783/317356
Fax: 0783/7781020783/779102
e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

2/

MEDAX s.r.l.
coordinatore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

- un elenco delle apparecchiature oggetto di contratto riportante il numero di matricola identificativo e l'ubicazione esatta in formato .pdf ed excel.

e nell'ambito del contratto di manutenzione:

- marcatura CE secondo la DIRETTIVA EUROPEA 93/42 recepita con D.Lgs. 46/1997 o DIRETTIVA EUROPEA 07/47 recepita con D. Lgs. 37/2010 per le apparecchiature oggetto del contratto;
- conformità alle normative tecniche generali secondo CEI 62-5 (62-122), CEI 66-5 in relazione allo svolgimento della regolare attività di manutenzione salvo se tale condizione non risulta diversamente prevista nelle condizioni particolari richieste nell'allegato 3 al presente documento.
- Conformità alle normative tecniche particolari qualora previste dal comitato CEI per l'apparecchiatura oggetto di manutenzione quali a titolo esemplificativo:
 - CEI 62-10 Norme particolari sicurezza apparecchi Testa Letto.
 - -CEI 62-11 Norme particolari sicurezza apparecchi Elettrochirurgia ad alta frequenza (Elettrobisturi).
 - -CEI 62-13 Norme particolari sicurezza apparecchi Defibrillatori e Monitor defib. cardiaci.
 - -CEI 62-14 Norme particolari sicurezza apparecchi di Terapia ad onda corta.
 - -CEI 62-15 Norme particolari sicurezza apparecchi Elettrocardiografi.
 - -CEI 62-16 Norme particolari sicurezza apparecchi Pompe d'infusione.
 - -CEI 62-17 Norme particolari sicurezza apparecchi Terapia ad micronda.
 - -CEI 62-18 Norme particolari sicurezza apparecchi Monitoraggio paziente.
 - -CEI 62-19 Norme particolari sicurezza apparecchi Emodialisi.
 - -CEI 62-20 Norme particolari sicurezza apparecchi Ventilatori polmonari.
 - -CEI 62-21 Norme particolari sicurezza apparecchi Anestesia.
 - -CEI 62-22 Norme particolari sicurezza apparecchi Incubatrici.
 - -CEI 62-23 Norme particolari sicurezza apparecchi Terapia ad ultrasuoni.
 - -CEI 62-24 Norme particolari sicurezza apparecchi Stimolatori neuromuscolari.
 - -CEI 62-25 Norme particolari sicurezza apparecchi da laboratorio per Analisi chimiche.
 - -CEI 62-27 Norme particolari sicurezza Generatori radiologici dei gruppi radiogeni diagnostici.
 - -CEI 62-28 Norme particolari sicurezza Generatori radiologici terapeutici.

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/3173300-0783/317356
Fax: 0783/779102
e-mail: ingegneri@asloristano.it

3/

MEDAX s.r.l.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

salvo se tale condizione non risulta diversamente prevista nelle condizioni particolari richieste nell'allegato 3 al presente documento.

- Manuale d'uso delle apparecchiature in formato elettronico se esplicitamente richiesto dall'ingegneria Clinica nell'ambito di valenza del contratto.
- Manuale di manutenzione dell'utilizzatore (se diverso dal manuale d'uso) delle apparecchiature (in formato elettronico) se esplicitamente richiesto dall'ingegneria Clinica nell'ambito di valenza del contratto.
- Manuale di manutenzione usato dai tecnici (in formato elettronico), comprensivo di schemi meccanici ed elettrici, o documentazione equivalente su supporto informatico se esplicitamente richiesto dall'ingegneria Clinica nell'ambito di valenza del contratto.
- Libro macchina dell'apparecchiatura in formato elettronico contenete tutte le manutenzioni effettuate sull'apparecchiatura nell'ambito di valenza del contratto.
- L'elenco dei tecnici abilitati ad intervenire sulle attrezzature specificando anni di esperienza, qualifica e tipo di preparazione ricevuta se esplicitamente richiesto dall'ingegneria Clinica nell'ambito di valenza del contratto.

Tutta la documentazione riguardante la manutenzione preventiva o correttiva, la verifica di sicurezza elettrica generale o particolare o altre eventuali verifiche funzionali deve essere trasmessa all'indirizzo e-mail ingegneriaclinica@asl.oristano.it entro massimo 24 ore dall'esecuzione delle attività. Per ogni ora di ritardo nella trasmissione della documentazione verrà applicata una penale di 5 euro (cumulabile) fino ad un massimo di 200 euro.

Per la restante documentazione indicata ai punti precedenti e d eventualmente richiesta dal servizio di ingegneria clinica, essa deve essere trasmessa entro massimo 5 giorni dalla richiesta. Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione verrà applicata una penale di 50 euro (cumulabile) fino ad un massimo di 200 euro.

Art. 3 Servizio di assistenza

La Ditta manutentrice dovrà presentare la sua migliore proposta per la prestazione del Servizio di Assistenza Tecnica/Manutenzione sulle apparecchiature oggetto del contratto.

La **Ditta** provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata previste dai manuali di servizio delle apparecchiature e con le periodicità indicate.

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/3178300-0783/317830560783/317356
Fax: 0783/779102-0783/779102
e-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.it

4/

MEDAX s.r.l.
1° Amministratore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura interessata.

Tutti i tecnici della **Ditta** che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse. E dovranno utilizzare apposito tesserino di riconoscimento. I loro nominativi devono essere indicati nell'allegato 2 al presente documento insieme ai recapiti della Ditta.

Sarà obbligo della **Ditta** adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori nel rispetto della legislazione sulla sicurezza, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sulla **Ditta**, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata l'Amministrazione.

La **Ditta** è inoltre responsabile verso l'Amministrazione per tutte le opere eseguite da **Ditte** ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

La **Ditta** è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione.

Le attività manutentive da erogare durante il periodo di assistenza tecnica sono indicate nei seguenti punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 **salve eventuale diversa indicazione chiaramente esplicitata nell'allegato 3 al presente documento.**

3.1 Manutenzione preventiva


Gli interventi dovranno essere eseguiti, secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore nella specifica documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura, in accordo con le disposizioni delle Direttive CEE 93/42 e 07/47 relative ai Dispositivi Medici e successive modificazioni e delle norme CEI applicabili.

La manutenzione periodica dovrà ricomprendere tutte le tarature e le attività periodiche necessarie ad assicurare l'affidabilità e la sicurezza diagnostica dell'apparecchiatura oggetto di manutenzione.

Di tali interventi dovranno essere redatti rapporti di lavoro vidimati da un Referente dell'ASL e dal Tecnico incaricato dalla ditta. La strumentazione a ciò

ASL 5 Oristano Sede legale: Via Carducci n. 35 09170 Oristano (OR) C.F. e P.I.: 00681110953 www.asloristano.it	Servizio Ingegneria Clinica Tel.: 0783/317833007833/3178330560783/317356 Fax: 0783/7791020783/779102 e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it	5/
---	---	----

MEDAX s.r.l.
Contrattore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

necessaria dovrà essere posta a disposizione dalla Ditta e dovrà essere in regola per quanto attiene le tarature.

La Ditta aggiudicataria dovrà concordare con la struttura sanitaria interessata e presentare all'Ingegneria Clinica all'indirizzo (ingegneriaclinica@asloristano.it) un piano operativo di manutenzione preventiva che individui:

- Le diverse periodicità di intervento da adottare;
- I contenuti dell'attività manutentiva per ciascuna tipologia di apparecchiatura;
- Il tempo necessario per l'esecuzione delle attività.

Al termine delle attività dovrà essere trasmesso allo stesso indirizzo il report delle attività eseguite.

3.2 Manutenzione correttiva

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare un piano di organizzazione del servizio di manutenzione correttiva, prevedendo un numero illimitato di interventi su chiamata dei quali dovrà essere redatto rapporto di lavoro firmato dai soggetti di cui al punto precedente.

La richiesta di manutenzione potrà essere trasmessa via email o via fax sia dal servizio di ingegneria clinica che dalla struttura sanitaria interessata e dovrà sempre contenere il numero identificativo (numero di matricola dell'apparecchiatura e il recapito di un referente da contattare per organizzare la manutenzione).

A tal fine la Ditta dovrà indicare sia un numero di FAX che un indirizzo e-mail a cui inoltrare le richieste di manutenzione.

Gli interventi dovranno essere eseguiti dalla Ditta, secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore nella specifica documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura, in accordo con le disposizioni delle Direttive CEE 93/42 e 07/47 relative ai Dispositivi Medici e successive modificazioni e delle norme CEI applicabili.

Si dovrà garantire un tempo di intervento entro il massimo numero di ore indicate nell'allegato 2 al presente documento e un tempo di soluzione del guasto non superiore al limite indicato nell'allegato 2 al presente documento.

Per ogni superamento delle tempistiche contrattuali sarà facoltà dell'amministrazione applicare delle penali commisurate alle perdite avute per ogni ora di fermo macchina con un minimo di 50 euro per ogni ora di ritardo.

3.3 Manutenzione straordinaria


ASL 5 Oristano Sede legale: Via Carducci n. 35 09170 Oristano (OR) C.F. e P.I.: 00681110953 www.asloristano.it	Servizio Ingegneria Clinica Tel.: 0783/31783300783/317356 Fax: 0783/7781020783/779102 e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it	6/
---	--	----

MEDAX s.r.l.
Amministratore

[Handwritten signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'effettuazione di tutti gli interventi destinati ad implementare le migliorie funzionali o di sicurezza delle apparecchiature che si renderanno disponibili durante il periodo di vita utile delle stesse. In particolare, l'aggiornamento tecnico delle apparecchiature a seguito di modifiche e/o introduzione di disposizioni legislative o tecniche in materia.

3.4 Verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le verifiche CEI 62.5 66-5 generali e alle verifiche particolari con periodicità minima annuale e comunque ogni volta che le condizioni di guasto e manutenzione le rendano necessarie al fine di garantire la sicurezza del paziente secondo quanto previsto dalle norme CEI.

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla **Ditta** e dall'Ente appaltante.

La Ditta è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

- da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;
- dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;
- di tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc.);
- di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- del D.Lgs. 81 del 2008.

La tipologia del contratto scelta è indicata nelle condizioni particolari di contratto sotto le formule, full-risk, globale o preventiva.

Art 4 Parti di ricambio

Il listino prezzi di riferimento delle parti di ricambio e di eventuali kit periodici è quello trasmesso all'ASL N° 5 prima della stipula del contratto e deve riportare la percentuale di sconto riservata alla ASL.

4.a) Parti di ricambio non incluse

Nel caso in cui le parti di ricambio e i kit periodici non dovessero essere inclusi o laddove ne fossero incluse solo alcune parti di ricambio, la Ditta si impegna

ASL 5 Oristano Sede legale: Via Carducci n. 35 09170 Oristano (OR) C.F. e P.I.: 00681110953 www.asloristano.it	Servizio Ingegneria Clinica Tel.: 0783/3178300-0783/317830560783/317356 Fax: 0783/7781020783/779102 e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it
---	--

MEDAX s.r.l.
Amministratore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

nell'ambito della manutenzioni a sostituire solo i ricambi strettamente necessari utilizzando pezzi originali alle condizioni del listino prezzi trasmesso prima della stipula del contratto. Le parti di ricambio potranno essere sostituite già dal primo intervento e fatturate a consuntivo salvo restando che il rapporto di lavoro in cui si indica la sostituzione delle stesse le identifichi chiaramente e venga sottoscritto da un referente sanitario o tecnico che sia stato informato e abbia approvato con la propria firma la sostituzione delle parti danneggiate o degli eventuali kit periodici non previsti in contratto.

4.b) Parti di ricambio incluse.

Per i contratti di manutenzione che prevedono anche la sostituzione delle parti di ricambio e dei kit periodici si prega di indicare nell'allegato 1 al presente documento le parti e i kit eventualmente esclusi per i quali verrà applicato quanto indicato al paragrafo 4.a).

La tipologia del contratto scelta è quella indicata per ogni apparecchiatura nelle condizioni particolari del contratto (RIF B2/07-AM del 02.07.2013) E RIF A4/06-GC del 04.06.2013

Art. 5 Diritto di Recesso

Secondo quanto previsto dal Testo coordinato del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'Art. 1 comma 13 prevede che "Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti."


Nel caso l'azienda intendesse eliminare dal contratto una o più apparecchiature faranno fede i singoli importi indicati nell'allegato 4 che andranno decurtati dal canone mensile di riferimento (fatti salvi i 15 giorni di preavviso).

Art. 6 Fatturazione


La fatturazione sarà trimestrale posticipato. Non potranno essere emesse fatture relative a due anni solari consecutivi ma l'ultima fattura dell'anno dovrà chiudersi al 31.12.2013. Alla fattura dovranno essere allegati i report di tutte le manutenzioni/verifiche eseguite nel semestre di riferimento. L'emissione della fattura dovrà sempre essere preceduta dalla trasmissione all'indirizzo

ASL 5 Oristano Sede legale: Via Carducci n. 35 09170 Oristano (OR) C.F. e P.I.: 00681110953 www.asloristano.it	Servizio Ingegneria Clinica Tel.: 0783/3178300-0783/317356 Fax: 0783/779102 e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it	8/
---	--	----

MEDAX s.r.l.
Amministratore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

ingegneriaclinica@asloristano.it dei libri macchina relativi alle manutenzioni/verifiche delle apparecchiature oggetto del contratto.

Art. 7 Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL Oristano ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano.

Art 8 Penalità

Le Penalità sono quelle indicate agli articoli 2 e 3 del presente documento indicante le condizioni generali per l'espletamento del servizio.

Art. 9 - Ordine di validità dei documenti oggetto di contratto

La Ditta dovrà tenere conto, nel caso di discrepanza fra i documenti del contratto il seguente ordine di validità e d'importanza dei documenti:

- Contratto
- Condizioni generali richieste dalla ASL N°5 di Oristano e nei relativi allegati.
- Offerta particolare della Ditta.

Il contratto è il documento che riveste l'importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati precedentemente.

Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà interpretato nel senso più favorevole per l'ASL 5.

Art. 10 – Periodo di validità contrattuale

Il Periodo e l'importo di valenza contrattuale è riportato nell'allegato 4 al presente documento.

Silvio Auzé


ASL 5 Oristano Sede legale: Via Carducci n. 35 09170 Oristano (OR) C.F. e P.I.: 00681110953 www.asloristano.it	Servizio Ingegneria Clinica Tel.: 0783/3178300783/31783560783/317356 Fax: 0783/7781020783/779102 e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it	9/
---	---	----

MEDAX s.r.l.
Amministratore

Silvio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

Allegato 1

Elenco da compilarsi nel caso di Modello di contratto 4.3 in cui solo alcuni ricambi e kit periodici risultano inclusi

Nel caso il contratto appartenga al Modello 4.3: Solo alcuni ricambi e kit periodici inclusi.

Parti di ricambio e Kit di manutenzione periodici inclusi alle condizioni del paragrafo 4.b ad eccezione dei ricambi e dei kit periodici esplicitamente indicati nell'elenco allegato al presente contratto.

Elencare con dettaglio nel presente allegato le parti di ricambio e/o i kit periodici non inclusi con il relativo prezzo di listino e la percentuale di sconto riservata. Per le attrezzature in elenco varranno le condizioni del paragrafo 4.b.

Parti/Kit Periodici di ricambio esclusi dal contratto	Prezzo di Listino	Sconto riservato alla ASL N°5 nell'ambito del contratto

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/3178300-0783/3178560-0783/317356
Fax: 0783/779102-0783/779102
e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

10/



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

Allegato 2 Ditta e Tecnici Abilitati

Parametro richiesto	Indicare valore
DITTA MEDAX S.R.L.	Sig. G. PIRAS
DITTA MEDICAIR CENTRO SRL	Sig. C. TESCARI
DITTA TBM	Sig. G. PUTZULU

Condizioni particolari di Intervento

Parametro richiesto	Indicare valore
Orari Assistenza	
N° massimo di ore per intervento	
N° massimo di ore per risoluzione guasto	
Muletto sostitutivo	

Riferimenti per l'assistenza tecnica

Parametro richiesto	Indicare valore
N° telefonico da contattare per assistenza:	079 2111504 - 3491771735
N° FAX da contattare per assistenza:	079 216876
Indirizzo e-mail da contattare per assistenza:	medax.sardegna@Tiscali.it

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/3178300783/31730560783/317356
Fax: 0783/7781020783/779102
e-mail: ingegneri@asloristano.it

11/



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

Allegato 3

Condizioni particolari delle attività manutentive richieste all'articolo 3

Le attività manutentive da erogare durante il periodo di assistenza tecnica sono indicate nell'articolo 3 salve eventuale diversa indicazione chiaramente esplicitata nel presente allegato.

3.1 Manutenzione preventiva (indicare le condizioni particolari non comprese)

Vedi condizioni particolari offerte dalla DITTA

3.2 Manutenzione correttiva (indicare le condizioni particolari non comprese)

Vedi condizioni particolari offerte dalla DITTA

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it


Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/3178300-0783/3178301-0783/317356
Fax: 0783/779102-0783/779102
e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

12/



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

3.3 Manutenzione straordinaria (indicare le condizioni particolari non comprese)

Vedi condizioni particolari offerte dalla DITTA

3.4 Verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari (indicare le condizioni particolari non comprese)

Vedi condizioni particolari offerte dalla DITTA

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it


Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/3178300783/317830560783/317356
Fax: 0783/7781020783/779102
e-mail: ingegneriaclinica@asloristano.it

13/



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL Oristano

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO

Allegato 4
Periodo di Valenza contrattuale

Dal	01/07/13
Al	30/06/14
Canone complessivo IVA Esclusa per il periodo contrattuale sopra riportato.	
IVA	21,00%

Apparecchiature oggetto del contratto	Canone mensile IVA ESCLUSA
Riportato con dettaglio per ogni apparecchio nelle condizioni particolari offerte dalla Ditta	

ASL 5 Oristano

Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

Servizio Ingegneria Clinica

Tel.: 0783/3170300-0783/3170560783/317356
Fax: 0783/7791020783/779102
e-mail: ingegneri@asloristano.it

14/