

VERBALE N. 1 del 28.05.2013 - Sedgio di gara

Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano. D.G. N. 350 del 24/04/2013.

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 09:05 nella Sede Legale e Amministrativa della A.S.L. N° 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Sedgio di gara preposto all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente
Dr. Paolo Sanna	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone
Dr. Luca Pisano	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

1. che con Deliberazione del Direttore Generale del D.G. n. 350 del 24.04.2013 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 5 lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano, da affidare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 4 e dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n. 5, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.lgs 163/06 ss.mm.ii.;
2. che con la sopra citata Deliberazione sono stati approvati gli schemi della lettera di Invito, del Capitolato Speciale e del Capitolato Tecnico, con i relativi allegati, nonché l'elenco delle seguenti n° 15 Ditte da invitare alla procedura in oggetto:
 - EB NEURO SPA. Via P. Fanfani 97/A, 50127 Firenze - Fax: 055/4565123
 - ELETTRMEDICAL SAS di Boscato Giorgio Str. Prov. Sestu-Elmas Km.2,400, 09028 Sestu (Ca) - Fax: 070/261404
 - ESAOTE SPA Viale Bianca Maria n.25, 20122 Milano - Fax: 010/6547275
 - EUROMED SRL VIA FIESSO, N. 20 35020 Arre (Pd) - Fax: 049/5389431
 - GE HEALTHCARE EUROPE GMBH - FILIALE ITALIANA Via Galeno 26, 20125 Milano - Fax: 02/26001399
 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA Via Galeno 26, 20125 Milano - Fax: 02/26001412
 - MASIMO EUROPE LTD Via Fabio Filzi 33, 20124 Milano - Fax: 02/45076309
 - MAST MEDICAL SRL Loc. Pill'E Matta snc, 09044 Quartucciu (Ca) - Fax: 070/7345640
 - MEDICAL LINE INSTRUMENTS Via Canelli 21, 00166 Roma - Fax: 06/35059476
 - MEMIS SRL Via Gavino Alivia 7, 07100 Sassari - Fax: 079/291727

- MORTARA RANGONI EUROPE SRL Via Cimarosa 103/105, 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - Fax: 051/6133582
 - MOVI SPA. Via Dione Cassio 15, 20138 Milano - Fax: 02/5061048
 - RU.MED SRL Via Tridentina, 08100 Nuoro - Fax: 0784/1949747
 - TEMOSA SRL, Strada vic. Trunconi 4, 07100 Sassari - Fax: 079/212224
 - TERAPON SRL. Viale Monastir Km 5,20, 09122 Cagliari - Fax: 070/240980
3. che con nota prot. n. 30879 del 29/04/2013 inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) tramite piattaforma Albofornitori-CSAMed sono state invitate a presentare offerta le Ditte sopra richiamate;
 4. che a seguito di esplicita richiesta scritta, con note prot. n. e data di seguito riportati inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) tramite piattaforma Albofornitori-CSAMed sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
 - LANDUCCI SRL, Via Carducci n. 22 – 09128 Cagliari prot. n. 31462 del 02.05.2013;
 - FC GENETICS SERVICES SRL Via Leoncavallo n. 48 – 09045 Quartu S.Elena (CA) prot. n. 31749 del 03.05.2013;
 - SURGICAL SRL Via Montenero n. 16 – 09122 Cagliari prot. n. 332143 del 06.05.2013;
 - SIRIO MEDICAL SRL, Via Oslo n. 3/a – 07100 Sassari prot. n. 34194 del 13.05.2013;
 - PHILIPS SPA, Via L. Mascheroni n. 5 - 20123 Milano prot. n. 34194 del 13.05.2013;
 - SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI, Via Sacerdote Giovanni Sechi n. 9 – 09070 Riola Sardo (OR) prot. n. 34194 del 13.05.2013;
 5. che in data 30/04/2013 è stato pubblicato, sul sito web di questa ASL, www.asloristano.it, sezione bandi e gare, avviso di rettifica all'allegato tecnico n. 5 che si unisce al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
 6. che in data 21/05/2013 è stato pubblicato, sul sito web di questa ASL, www.asloristano.it, sezione bandi e gare, chiarimento al quesito pervenuto in data 14.05.2013, che si unisce al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
 7. che con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 24.05.2013 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, costituita dal presente Seggio di gara e da distinta Commissione Giudicatrice preposta alla verifica di conformità dell'offerta nella composizione ivi richiamata.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il Presidente dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni e la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta pubblica.

Non risultano presenti alla seduta pubblica Rappresentanti delle Ditte partecipanti alla gara.

Il Presidente dà atto e fa constatare, palesemente, che entro il giorno 24 maggio 2013, ore 13.00, termine perentorio per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto, risultano pervenute n. 6 offerte di gara (ciascuna costituita da n. 1 plico contenente la documentazione di gara) da parte della seguenti Ditte:

	Ditte	Documentazione di Gara
1	CHINE SPORT SPA	N° 1 plico Data arrivo 20/05/2013 prot. ASL n. 36192 del 21/05/2013
2	ELETTROMEDICAL SAS	N° 1 plico Data arrivo 23/05/2013 prot. ASL n. 37496 del 24/05/2013
3	ESAOTE SPA	N° 1 plico Data arrivo 23/05/2013 prot. ASL n. 37484 del 24/05/2013
4	PHILIPS SPA	N° 1 plico Data arrivo 23/05/2013 prot. ASL n. 37488 del 24/05/2013
5	SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI	N° 1 plico Data arrivo 24/05/2013 ore 12:22 prot. ASL n. 37626 del 24/05/2013
6	SIRIO MEDICAL SRL	N° 1 plico Data arrivo 24/05/2013 ore 12:55 prot. ASL n. 37655 del 24/05/2013

Il Presidente, rilevato che la ditta CHINE SPORT SPA non è ricompresa tra le ditte invitate alla presente procedura e che la stessa non ha altresì inoltrato nei termini prescritti dalla lettera di invito richiesta di invito dispone di non ammettere la suddetta ditta alla procedura e pertanto di non procedere alla apertura del plico presentato.

Il Presidente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto ("Adempimenti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice"), procede:

- ◆ alla verifica della regolarità esterna ed integrità dei plichi pervenuti, sui quali viene apposta la firma di tutti i Componenti del Seggio.
- ◆ all'apertura degli stessi e alla verifica della presenza delle buste nn. 1, 2 e 3, confezionate come indicato all'art. 10 del Capitolato Speciale, sulle quali viene apposta la firma dei Componenti del Seggio.

Il Presidente procede quindi, per ciascuna delle offerte presentate, all'apertura delle buste contenenti la **documentazione amministrativa** (rif. BUSTA N° 2) e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione inviata a corredo dell'offerta nel rispetto quanto previsto dall'art. 11 del citato Capitolato Speciale, ai fini della ammissione delle stesse alla successiva fase di apertura dell'offerta tecnica. Sui documenti presentati viene apposta la firma di tutti i Componenti del Seggio.

Il Presidente, verificata la documentazione amministrativa da atto, per ciascuna ditta partecipante delle seguenti risultanze:

	Ditte	Lotti di partecipazione	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	ELETTROMEDICAL SAS	1 - 4	Regolare → Ammessa
2	ESAOTE SPA	5	Regolare → Ammessa
3	PHILIPS SPA	5	Regolare → Ammessa
4	SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI	4	Regolare → Ammessa
5	SIRIO MEDICAL SRL	3 - 4	Non Regolare → Esclusa- *1

***1** La Ditta SIRIO MEDICAL SRL viene esclusa dalla presente procedura in quanto, ai sensi dell'art. 23 "Cause espresse di esclusione" del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale, non è stato inserito nella documentazione amministrativa il modulo offerta compilato **senza prezzi**, con indicazione delle apparecchiature offerte e relative dotazioni, accessori per renderle perfettamente funzionanti, richiesto a pena di esclusione all'art. 11 punto 4 del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale.

Il Presidente, verificata positivamente la correttezza dell'offerta amministrativa presentata dalle ditte la cui documentazione è risultata regolare in quanto completa e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito e del Capitolato Speciale, dispone l'ammissione delle stesse alla successiva fase di gara di apertura delle offerte tecniche.

Il Presidente, procede quindi all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (rif. BUSTA 3), verificando la mera presentazione della documentazione tecnica di cui all'art. 12 del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale e rinviando l'esame dettagliato della completezza del suo contenuto alla Commissione Giudicatrice.

Su ciascun documento presentato viene apposta la firma di tutti i Componenti del Seggio.

Il Presidente, verificata la documentazione tecnica presentata dalle Ditte sopra indicate da atto delle seguenti risultanze:

	Ditte	Lotti di partecipazione	DOC. NE TECNICA
1	ELETTROMEDICAL SAS	1 - 4	PRESENTE → AMMESSA
2	ESAOTE SPA	5	PRESENTE → AMMESSA
3	PHILIPS SPA	5	PRESENTE → AMMESSA
4	SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI	4	PRESENTE → AMMESSA

Alla Luce di quanto sopra riportato il Seggio di Gara dispone l'ammissione delle suddette Società alla fase successiva della gara di verifica di conformità tecnica per i lotti n. 1 e 4 e di valutazione tecnico-qualitativa e conseguente attribuzione dei punteggi per il lotto n. 5.

Il Presidente da atto che nessuna offerta è stata presentata per il lotto n. 2 e che nessuna offerta regolare è stata presentata per il lotto n. 3 dichiara e pertanto gli stessi DESERTI.

Il Presidente racchiude le offerte economiche presentate dalle ditte ammesse in apposito plico che viene chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da tutti i Componenti del Seggio che verrà aperto in seduta pubblica.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa e di quella tecnica come sopra descritto, si procede al sorteggio, previsto dall'art. 48 del D. Lgs. N° 163/2006.

Si procede, pertanto, all'estrazione del 10% delle offerte presentate arrotondando all'unità superiore sulle quali sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti. Considerato che sono pervenute n. 4 offerte regolari si procede ad estrarre n. 1 impresa da verificare predisponendo n. 4 fogli per l'estrazione. Verificata la presenza nei fogli da sorteggiare dei nominativi di tutte le ditte concorrenti, si procede all'estrazione a sorte.

Risulta sorteggiata la Ditta PHILIPS SPA.

Il Presidente da atto che la società sopra richiamata si è avvalsa della possibilità di inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale nella "Documentazione Amministrativa" come previsto all'art. 13 punto 1.b, disponendo pertanto di sottoporre a verifica le dichiarazioni prodotte sulla base della documentazione presentata con riserva di richiedere eventuali precisazioni o chiarimenti sulla stessa.

Il Presidente stabilisce di aggiornare i lavori ad altra seduta pubblica, nella quale si procederà, a dare atto dell'esito della dimostrazione da parte della Ditta estratta nel sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006 del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, nonché delle risultanze della verifica di conformità tecnica per i lotti n. 1 e 4 e della valutazione tecnico-qualitativa e conseguente attribuzione dei punteggi per il lotto n. 5, delle offerta di gara da parte della Commissione Giudicatrice. Nella stessa seduta si procederà quindi all'apertura della offerte

economiche, ai fini dell'aggiudicazione di ciascun lotto della presente procedura.


Eseguite le soprascritte operazioni, i plichi relativi alla documentazione amministrativa e quello contenente le offerte economiche delle Ditte ammesse vengono presi in custodia dal Segretario del Seggio mentre i plichi contenenti la documentazione tecnica vengono trasmessi alla Commissione Giudicatrice, preposta alle anzidette attività di verifica di conformità tecnica e di valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti offerti.

Il Presidente dichiara tolta la seduta pubblica alle ore 10:45.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas




I Testimoni:

Dr. Paolo Sanna



Dr. Luca Pisano

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano. D.G. N. 350 del 24/04/2013.

AVVISO DI RETTIFICA

Si comunica che, per mero errore materiale, è stata inserita tra gli allegati al Capitolato Tecnico una versione errata dell'allegato n. 5 che pertanto dovrà ritenersi sostituito dalla versione allegata alla presente, ferme restando tutte le altre condizioni, ivi compreso l'importo a base d'asta del relativo lotto.

ORISTANO 30.04.2013

28/05/2013





LOTTO N. 5: ECOCARDIOGRAFO PORTATILE**CARATTERISTICHE TECNICHE****N°1 ECOCARDIOGRAFO PORTATILE avente le seguenti caratteristiche di minima:**

1. Ultrasound beamformer totalmente digitale a larga banda d'ultima generazione con gestione di sonde esclusivamente di tipo elettronico **(specificare caratteristiche)**
2. Gestione frequenze di lavoro con tecnologia larga banda in grado di sfruttare contemporaneamente tutte le frequenze disponibili sul trasduttore con più passi di regolazione **(specificare caratteristiche)**
3. Elevato numero di canali digitali gestiti, simultaneamente attivi sia in trasmissione che in ricezione fino a 50000 **(specificare caratteristiche)**
4. Elevato frame rate in tutte le scansioni (non solo in TDI) oltre 500 fps **(specificare caratteristiche)**
5. Display digitale ad ampio campo visivo da almeno 15" **(specificare caratteristiche)**
6. Peso non superiore ai 10 Kg (Indicare peso con e senza batteria) **(specificare caratteristiche)**
7. Rapida accensione inferiore a 1 min **(specificare caratteristiche)**
8. Struttura ergonomica e facilmente gestibile dall'operatore **(specificare caratteristiche)**
9. B-Mode ed M-Mode anche Anatomico sia in tempo reale che su immagine congelata **(specificare caratteristiche)**
10. Armonica per la rilevazione e studio dei mezzi di contrasto sia in perfusione che in opacizzazione del ventricolo con gestione dell'indice meccanico sia basso che alto, con flash-imaging con possibilità di software di quantificazione curve intensità/tempo (sia integrato al sistema che off-line) attraverso molteplici regioni di interesse personalizzabili dall'operatore **(specificare caratteristiche)**
11. Profili di calcoli automatici in tempo reale con misurazione dei parametri Doppler **(specificare caratteristiche)**
12. Zoom Digitale ad alta definizione e alto fattore d'ingrandimento attivo disponibile nelle seguenti modalità: in tempo reale, ad immagine congelata, sul cine memory, dai filmati in archivio **(specificare caratteristiche)**
13. Zoom acustico ad altissima risoluzione, ad alto fattore d'ingrandimento e con aumento del frame-rate **(specificare caratteristiche)**
14. Capacità di gestione della doppia immagine anche in tempo reale e simultanee tra loro. Possibilità di confrontare immagini archiviate in movimento con immagini in movimento in real time (follow up-paziente) **(specificare caratteristiche)**
15. Cineloop di ampia capacità (almeno 2000 frames) **(specificare caratteristiche)**
16. Sistema di regolazione del gain laterale modulare lungo la direzione di propagazione degli ultrasuoni per l'ottimizzazione delle pareti ventricolari laterali e settali **(specificare caratteristiche)**
17. Armonica tissutale abbinata a tecnica di inversione d'impulso con diverse combinazioni di frequenze **(specificare caratteristiche)**
18. Software per applicazione cardiaca completo con misure e calcoli personalizzabili; possibilità di creazione di formule ex-novo **(specificare caratteristiche)**
19. Analisi quantitative integrate al sistema (con possibilità di estensione off-line su software esterno MS Windows compatibile) di immagini 2D aree e volumi con calcoli automatici di Frazione di Eiezione, di accorciamento e funzioni diastoliche. Tissue Doppler Imaging a colori per

la valutazione negli studi di risincronizzazione e funzionalità miocardica (vitalità) con calcoli completi e personalizzabili, con software (sia integrato che off-line) per analisi comparative di Velocità, Strain e Strain Rate con tracking automatico e rappresentazione simultanea di almeno 30 curve di tracciamento **(specificare caratteristiche)**

20. Archivio digitale dati pazienti e immagini (fotogrammi e filmati) completo di hard-disk almeno da 50GB, masterizzatore DVD/CD-ROM per l'esportazione in formato sia DICOM standard 3 che windows compatibile (avi, jpeg) **(specificare caratteristiche)**
21. completo di tutte le classi DICOM necessarie per il collegamento dell'apparecchiatura al Sistema RIS PACS di prossima installazione. Le informazioni iconografiche in formato DICOM dovranno poter essere salvate sul PACS **(specificare caratteristiche)**
22. Uscite digitali standard USB 2.0 **(specificare caratteristiche)**
23. **Sonda cardiologica Phased Array ad ampio range di frequenze (specificare caratteristiche)**
24. **Possibilità di inserire l'ecografo portatile su un carrello che dovrà essere quotato tra la dotazione opzionale e non in configurazione base. (specificare caratteristiche)**

da destinare a:

N°1 All'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino di Oristano



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE
N. 1 DEL 28.05.2013

Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano. - D.G. N. 350 del 24/04/2013.

Chiarimento n. 1

Data richiesta: 14/05/2013 – Data pubblicazione sul sito 21/05/2013

Richiesta:

Relativamente al Lotto n. 4 cosa si intende per testata regolabile meccanicamente?

Risposta:

si intende che la posizione della testata possa essere regolata meccanicamente.

Richiesta:

Relativamente al Lotto n. 4 si richiede se relativamente alla documentazione da compilare in riferimento alla capacità tecnica possono essere inserite solo quelle riguardanti la fornitura di lettini?

Risposta:

per ciascun lotto in gara dovrà essere presentata la documentazione tecnica richiesta all'articolo 12 del Disciplinare di gara relativa al lotto offerto e che consenta di verificare la rispondenza della relativa offerta a quanto richiesto.

ASL 5 Oristano

 ASL Oristano

VERBALE N. 2 del 23.07.2013 - Sedgio di gara

Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano. D.G. N. 350 del 24/04/2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 09.10 nella Sede Legale e Amministrativa della A.S.L. N° 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Sedgio di gara preposto all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente
Dr. Paolo Sanna	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone
Dr. Luca Pisano	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Direttore Generale del D.G. n. 350 del 24.04.2013 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 5 lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano, da affidare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 4 e dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n. 5, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.lgs 163/06 ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 24.05.2013 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, costituita dal presente Sedgio di gara e da distinta Commissione Giudicatrice preposta alla verifica di conformità tecnica per i lotti dal n. 1 al n. 4 e alla valutazione tecnico-qualitativa con conseguente attribuzione dei punteggi per il lotto n. 5 nella composizione ivi richiamata.
- che in data 28 maggio 2013 il Sedgio di Gara ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte amministrative e alla constatazione della presenza della documentazione richiesta nella documentazione di gara ai fini della ammissione delle società partecipanti alla successiva fase di gara le cui operazioni sono riportate nel Verbale n. 1 del Sedgio di Gara del 28.05.2013 e che in esito alle suddette operazioni:
 - è stato rilevato che nessuna offerta è stata presentata per il lotto n. 2 e che nessuna offerta regolare è stata presentata per il lotto n. 3 e pertanto gli stessi sono stati dichiarati DESERTI;
 - è stata disposta la non ammissione della ditta CHINE SPORT SPA e l'esclusione della Ditta SIRIO MEDICAL SRL dalla procedura di gara per le motivazioni ivi dettagliate;
 - di ammettere alla fase successiva di gara le Ditte ELETTRMEDICAL SAS (lotti 1 e 4), ESAOTE SPA (Lotto 5), PHILIPS SPA (Lotto 5), SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI (Lotto 4) la cui documentazione è risultata completa e conforme;



- che, con nota prot. n. 4472195/LP del 28.05.2013 il Presidente del Seggio di Gara ha trasmesso al Presidente ed ai Componenti della Commissione Giudicatrice la documentazione tecnica prodotta dalle Ditte ELETTRROMEDICAL SAS, ESAOTE SPA, PHILIPS SPA, SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI e copia del citato Verbale n. 1, per i successivi adempimenti relativi alla verifica di conformità tecnica per i lotti dal n. 1 e 4 e alla valutazione tecnico-qualitativa con conseguente attribuzione dei punteggi per il lotto n. 5;
- che, in esito agli adempimenti di cui all'art. 48 del D.Lgs.163/2006 di comprova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati nell'istanza di partecipazione, la Società **PHILIPS SPA**, risultata sorteggiata nel corso della seduta pubblica del 28 maggio 2013 e avvalsi della possibilità di inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale nella "Documentazione Amministrativa" come previsto all'art. 13 punto 1.b, ha comprovato di quanto auto-dichiarato nella istanza di partecipazione;
- che con nota prot. N. NP/2013/0000027 del 26.06.2013 il Presidente della Commissione Giudicatrice ha trasmesso al Presidente del Seggio di gara i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 06.06.2013, n. 2 del 20.06.2013, allegati al presente Verbale con il n. 1 per farne integrante e sostanziale, relativi all'analisi qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle Ditte ammesse con verbale n. 1 del 28 maggio 2013, e alla verifica di conformità tecnica per i lotti n. 1 e 4 e alla valutazione tecnico-qualitativa con conseguente attribuzione dei punteggi per il lotto n. 5
- che con nota prot. PG/2013/50638 del 17.07.2013 inviata a mezzo PEC-Albo Fornitori il Presidente del Seggio di gara ha convocato le Ditte partecipanti, all'odierna seduta.

Il Presidente, alla presenza dei testimoni sopra menzionati, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti all'odierna seduta pubblica di gara i Rappresentanti delle Ditte di cui all'unito elenco RD, allegato al presente Verbale per farne parte integrale e sostanziale.

Il Presidente del Seggio di Gara:

- preso atto che con nota prot. N. NP/2013/28 del 26.06.2013, allegata al presente Verbale con il n. 2 per farne integrante e sostanziale, il Dirigente del Servizio Ingegneria Clinica e il Direttore f.f. S.C. Cardiologia e UTIC hanno richiesto che il lotto n. 4 della presente procedura non venga aggiudicato vista l'opportunità di acquisire dei lettini ad altezza variabile movimentati elettricamente al fine di consentire un più agevole posizionamento dei pazienti anziani e disabili
- rilevato che l'art. 6 del Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale prevede che *"la ASL di Oristano si riserva, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti"*

dispone di non procedere con l'aggiudicazione della presente procedura relativamente al lotto n. 4 stabilendo pertanto che le offerte economiche presentate per il lotto in parola vengano custodite, chiuse e sigillate, agli atti della presente procedura.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 18 del CSA, procede a rendere note le risultanze della verifica di conformità tecnica (lotti 1 e 4) e della valutazione tecnico-qualitativa e attribuzione dei punteggi qualitativi (lotto 5) riepilogati nel prospetto allegato al verbale della medesima Commissione n. 2 del 20.06.2013, **dando lettura integrale dei verbali della Commissione Giudicatrice** secondo le seguenti risultanze di sintesi:



- dichiarate conformi le offerta tecniche presentate per i lotti n. 1 e 4: ELETTRROMEDICAL SAS (lotto n. 1 e 4), SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI (lotto n. 4);
- per il lotto n. 5 ha attribuito i seguenti punteggi qualitativi complessivi: ESAOTE SPA 40,3/60 - PHILIPS SPA 60/60

Al termine della lettura dei verbali della Commissione Giudicatrice prende la parola il Sig. Alessandro Marcias delegato della ditta Esaote Spa, che, con riferimento alla valutazione tecnico qualitativa del lotto n. 5 dell'offerta della ditta Esaote, contesta quanto rappresentato dalla Commissione Giudicatrice nei suddetti verbali in merito al CRITERIO N. 9 sostenendo che il software offline richiesto è presente nella configurazione base offerta come identificato nell'offerta senza prezzi alla voce MyLab desk3 ed è compreso nel totale offerta, come da dichiarazione allegata al presente Verbale con il n. 3 per farne integrante e sostanziale.

Il Seggio di Gara, ritenendo di non avere competenze in merito alla obiezione mossa dalla ditta Esaote Spa relativamente a questioni prettamente tecniche sospende la seduta e dispone di rimettere le conseguenti valutazioni alla Commissione Giudicatrice aggiornando a successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte economiche.

Il Presidente dichiara tolta la seduta pubblica alle ore 9.50

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas

I Testimoni:

Dr. Paolo Sanna

Dr. Luca Pisano

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most legible and appears to be 'Rosie Jesuina Demurtas'. The middle signature is 'Paolo Sanna' and the bottom one is 'Luca Pisano'.



COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO: Gara d'appalto mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 5 lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano.

VERBALE N. 1 DEL 06/06/2013

L'anno Duemilatredici il giorno Sei del mese di Giugno (06/06/2013) alle ore 12:00 nei locali del Servizio Ingegneria Clinica, ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di valutazione qualitativa della documentazione tecnica delle offerte inerenti alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in numero cinque (5) Lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'Unità Operativa di Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano

La Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica è composta come di seguito indicato:

- Ing. Barbara Podda - *Presidente* - Dirigente Servizio Ingegneria Clinica.
- Dott. Antonio Caddeo - *Componente* - Dirigente Medico U.O. Cardiologia-UTIC P.O. Oristano.
- Dott.ssa Marina Meloni - *Componente* - Dirigente Medico U.O. Cardiologia-UTIC P.O. Oristano.

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 24.04.2013 si è proceduto ad indire, una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 5 lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino di Oristano, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 4 e dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n. 5, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.lgs 163/06 ss.mm.ii..
- Che con Deliberazione del Direttore Generale sopra citata sono stati approvati lo schema di Lettera d'invito, il Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati nonché l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto.
- Che con Deliberazione del Direttore Generale n.433 del 24.05.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa della documentazione tecnica.
- Che entro il termine fissato dal bando di gara, sono pervenute numero sei (6) offerte da parte delle seguenti ditte:

1. CHINE SPORT SPA

2. ELETTROMEDICAL SAS
3. ESAOTE SPA
4. PHILIPS SPA
5. SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI
6. SIRIO MEDICAL SRL

- Che il Presidente del Seggio di gara dopo aver verificato la documentazione ha ammesso le seguenti ditte alla fase successiva di gara:

1. ELETTROMEDICAL SAS
2. ESAOTE SPA
3. PHILIPS SPA
4. SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI

- Che il Presidente del Seggio di gara con nota prot. n. 4472195/LP del 28.05.2013 ha inviato al Presidente della Commissione Giudicatrice la documentazione tecnica originale delle predette quattro (4) ditte concorrenti ammesse alla fase successiva di gara, i cui plichi sono stati aperti nella seduta del seggio di gara del 28/05/2013, nonché copia del verbale, del disciplinare di gara e capitolato speciale, del capitolato tecnico e dei relativi allegati.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolarità della convocazione e la presenza dei componenti della commissione sopra menzionati, dichiara aperta la seduta.

Prima di esaminare le offerte tecniche, denominate con le lettere A - B - C - D, seguendo l'ordine dell'elenco trasmesso dal seggio di gara, il Presidente da atto che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 4 e secondo l'articolo 10 del Capitolato Tecnico l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il metodo "Aggregativo Compensatore" indicato al punto II) dell'allegato "P" al Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 (D.P.R. n. 207/2010), per quanto attiene il Lotto n. 5, i cui criteri di valutazione, la loro natura e gli obiettivi da perseguire sono analiticamente indicati nelle tabelle allegato al Capitolato Tecnico.

Si precisa inoltre che le offerte che non dovessero conseguire un punteggio qualitativo complessivo di almeno 34/60, saranno escluse dalle successive fasi di gara.

In relazione al lotto 5 essendo pervenute due sole offerte il metodo del confronto a coppie risulta inapplicabile, come indicato nello stesso allegato "G" al D.P.R. n. 207/2010 ove viene specificato che "nel caso le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre) i coefficienti sono determinati come media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari".

I Commissari tenuto conto del disciplinare di gara e capitolato speciale, del capitolato tecnico e dei criteri generali di aggiudicazione procedono alla verifica di conformità e alla valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti offerti sulla base della documentazione tecnica presentata in sede di gara dalle seguenti ditte: Elettromedical Sas; Esaote Spa; Philips Spa; Sandro Carta Prodotti Ospedalieri.


La Commissione Giudicatrice dopo aver effettuato una iniziale analisi della documentazione tecnica decide di sospendere la seduta alle ore 13,15 e di aggiornare i lavori di valutazione, che avverranno in seduta non pubblica, il giorno 20 giugno 2013 alle ore 12 nella stessa sede.

Quindi il Presidente procede a chiudere in un plico la documentazione tecnica delle ditte concorrenti riponendo lo stesso all'interno di un armadio chiuso.

Il presente verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Ing. Barbara Podda




I Componenti:

Dott. Antonio Caddeo



Dott.ssa Marina Meloni





COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO: Gara d'appalto mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 5 lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano.

VERBALE N. 2 DEL 20/06/2013

L'anno Duemilatredici il giorno Venti del mese di Giugno (20/06/2013) alle ore 12:00 nei locali del Servizio Ingegneria Clinica, ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di valutazione qualitativa della documentazione tecnica delle offerte inerenti alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in numero cinque (5) Lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'Unità Operativa di Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano

La Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica è composta come di seguito indicato:

- Ing. Barbara Podda - *Presidente* - Dirigente Servizio Ingegneria Clinica.
- Dott. Antonio Caddeo - *Componente* – Dirigente Medico U.O. Cardiologia-UTIC P.O. Oristano.
- Dott.ssa Marina Meloni - *Componente* - Dirigente Medico U.O. Cardiologia-UTIC P.O. Oristano.

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 24.04.2013 si è proceduto ad indire, una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 5 lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino di Oristano, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 4 e dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n. 5, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.lgs 163/06 ss.mm.ii..
- Che con Deliberazione del Direttore Generale sopra citata sono stati approvati lo schema di Lettera d'invito, il Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati nonché l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto.
- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 24.05.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa della documentazione tecnica.
- Che in data 06.06.2013 si è tenuta la prima riunione della Commissione Giudicatrice.
- Che in detta riunione la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad una iniziale verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti.

MXX

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolarità della convocazione e la presenza dei componenti della commissione sopra menzionati, dichiara aperta la seduta.

I Commissari tenuto conto del disciplinare di gara e capitolato speciale, del capitolato tecnico e dei criteri generali di aggiudicazione proseguono nella verifica di conformità e nella valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti offerti sulla base della documentazione tecnica presentata in sede di gara dalle seguenti ditte: Elettromedical Sas; Esaote Spa; Philips Spa; Sandro Carta Prodotti Ospedalieri.

Per quanto riguarda il lotto n. 5 la cui aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si evidenzia che in relazione al criterio 9 sulle analisi quantitative integrate del sistema, l'offerta tecnica della ditta Esaote non è conforme a tale punto perché il presente software richiesto in configurazione base nella modalità OFFLINE viene invece indicato come accessorio opzionale nell'offerta economica senza prezzi.

L'offerta tecnica è quindi insufficiente, ~~_____~~

Per quanto attiene invece i lotti dal n. 1 al n. 4 la cui aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso si rileva che le offerte sono tutte conformi.

La Commissione dopo ponderata ed approfondita valutazione comparativa delle offerte tecniche esprime le proprie valutazioni, le cui risultanze sono riassunte e adeguatamente motivate nell'allegato unito al presente verbale sotto il numero 1 per farne parte integrante e sostanziale.

La Commissione esauriti i propri adempimenti chiude in un plico la documentazione tecnica firmata da tutti i componenti, riponendo la stessa all'interno di un armadio chiuso al fine di evitare manomissioni.

La documentazione tecnica unitamente alle risultanze dell'analisi qualitativa nonché i verbali n. 1 del 06/06/2013 e n. 2 del 20/06/2013 della commissione giudicatrice saranno trasmessi al presidente del seggio di gara per i successivi adempimenti di competenza.

Alle ore 13:45 vengono definitivamente chiuse le operazioni di gara e i vari adempimenti.

Il presente verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


Il Presidente:

Ing. Barbara Podda





I Componenti:

Dott. Antonio Caddeo



Dott.ssa Marina Meloni





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

Allegato n. 1 al verbale n. 2 del 20/06/2013

Gara d'appalto mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 5 lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino di Oristano.

In relazione al metodo del confronto a coppie nello stesso allegato G del DPR 207 del 2010 viene specificato che "nel caso le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre) i coefficienti sono determinati come media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari".

Valutazione Qualitativa

Criterio 1	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Tecnologia Ultrasound beamformer digitale a larga banda con gestione di sonde esclusivamente di tipo elettronico	QUALITATIVO	6	Massimizzare la qualità. La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione al punto 1 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	1	1	1	1
Philips	1	1	1	1

Criterio 2	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Gestione frequenze di lavoro	QUALITATIVO	4	Massimizzare la qualità. La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione al punto 2 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	0,4	0,4	0,4	0,4
Philips	1	1	1	1



MPX

La sonda phased array offerta dalla Ditta PHILIPS modello s5-1 consente di gestire da 1 a 5 Mhz con apertura massima da 0,7 a 6,8 Mhz mantenendo una sensibilità del 90% contro il range da 1 a 4 Mhz offerto dalla sonda SP2430 della Ditta Esaote

Criterio 3	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Numero di canali digitali gestiti, simultaneamente attivi sia in trasmissione che in ricezione e frame rate in tutte le scansioni (non solo in TDI)	QUALITATIVO	8	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione ai punti 3 e 4 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	0,4	0,4	0,4	0,4
Philips	1	1	1	1

L'ecografo PHILIPS consente la gestione simultanea in in trasmissione e ricezione sino a 570.000 canali digitali contro i 290.304 gestibili dall'ecografo ESAOTE

Criterio 4	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Facilità d'uso ed ergonomia della struttura	QUALITATIVO	4	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione ai punti 5-6-7-e 8 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5 nonché dalle immagini dei dépliant dell'apparecchiatura proposta.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	0,5	0,5	0,5	0,5

Cher...

L'ecografo PHILIPS completo di batteria pesa 6,1 Kg contro i 7 Kg dell'ecografo ESAOTE per quanto attiene il display la PHILIPS nelle schede tecniche specifica le caratteristiche in termini di luminanza, contrasto, luminosità, ecc dati non forniti dalla Ditta Esaote.

Descrizione	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Caratteristiche prestazionali e funzionali	QUALITATIVO	8	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione ai punti 9 10 e 11 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	0,7	0,7	0,7	0,7
Philips	1	1	1	1

L'ecografo PHILIPS specifica di consentire le misure in modalità M-Mode sia in real time che su immagine congelata mentre tale doppia possibilità non viene specificata per quanto attiene l'ecografo ESAOTE

Descrizione	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Caratteristiche gestione delle immagini	QUALITATIVO	7	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione ai punti 12 13 14 e 15 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	0,8	0,8	0,8	0,8
Philips	1	1	1	1

L'ecografo PHILIPS consente un cinelooop superiore rispetto all'ecografo ESAOTE.

Handwritten signature

Criterio 7	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Sistema di regolazione del gain laterale modulare lungo la direzione di propagazione degli ultrasuoni	QUALITATIVO	6	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione al punto 16 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	1	1	1	1
Philips	1	1	1	1

Criterio 8	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Software per applicazione cardiaca	QUALITATIVO	6	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione al punto 18 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	1	1	1	1
Philips	1	1	1	1

Handwritten signature: Podda (me)

bcx

criterio 9	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Analisi quantitative integrate al sistema	QUALITATIVO	4	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione al punto 19 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	0	0	0	0
Philips	1	1	1	1

L'offerta tecnica di Esaote non è conforme in relazione a tale punto perché il presente software richiesto in configurazione base nella modalità OFFLINE viene invece indicato come accessorio opzionale nell'offerta economica senza prezzi.

criterio 10	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Sistema di archiviazione dati e immagini	QUALITATIVO	3	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà in maniera comparativa le caratteristiche specifiche relative al summenzionato punto esprimendo le proprie preferenze su quelle più avanzate che consentano di ottenere le migliori prestazioni. Per tale criterio la commissione osserverà quanto riportato dalla Ditta in relazione al punto 20 delle specifiche minime indicate nell'allegato 5.

Handwritten signature

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	0,1	0,1	0,1	0,1
Philips	1	1	1	1

L'offerta tecnica di Esaote presenta un hard disk di dimensioni pari a 500 Gb equivalente a 67,108864 GB contro i 250 GB offerti da PHILIPS

lert A

Criterio 11	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Caratteristiche del Piano di Formazione del Personale	QUALITATIVO	2	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà col confronto a coppie quanto riportato nell'apposita relazione indicata al punto 5. dell'offerta tecnica valutando comparativamente le offerte come previsto da tale metodo.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	1	1	1	1
Philips	1	1	1	1

Criterio 11	Tipologia	Fattore di Ponderazione	Obiettivo
Caratteristiche del Sistema di assistenza in garanzia e post-garanzia	QUALITATIVO	2	Massimizzare la qualità La Commissione valuterà col confronto a coppie quanto riportato nell'apposita relazione "Garanzia ed Assistenza Tecnica Post Vendita" valutando comparativamente le offerte come previsto da tale metodo.

	Commissario Podda	Commissario Caddeo	Commissario Meloni	Media
Esaote	1	1	1	1
Philips	1	1	1	1

Man (che)


h m

	Esaote	Philips
Criterio 1	6	6
Criterio 2	1,6	4
Criterio 3	3,2	8
Criterio 4	2	4
Criterio 5	5,6	8
Criterio 6	5,6 <i>P</i>	7
Criterio 7	6	6
Criterio 8	6	6
Criterio 9	0	4
Criterio 10	0,3	3
Criterio 11	2	2
Criterio 12	2	2
Totale	40,3 <i>P</i> (40,3)	60

Il presente documento, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Ing. Barbara Podda

Barbara Podda

I Componenti:

Dott. Antonio Caddeo

Antonio Caddeo

Dott.ssa Marina Meloni

Marina Meloni

[Handwritten mark]

S.C. Cardiologia e UTIC

Oristano 26.06.2013

Prot. NP/2013/28

Al Direttore del Servizio Provveditorato
c.a. Dott.ssa M.G. Demurtas

p.c. Alla Direzione Generale


OGGETTO: Acquisto letti per l'esecuzione di esami cardiologici

In relazione a quanto in oggetto, si richiede che il lotto N° 4 della procedura negoziata per l'acquisto delle attrezzature del progetto di prevenzione cardiologica non venga aggiudicato.

L'offerta, pur rispondendo alle caratteristiche a suo tempo richieste non risulta compatibile con le nuove esigenze del servizio. E' stato valutato col Servizio di Ingegneria Clinica che sarebbe più opportuno acquistare dei lettini ad altezza variabile movimentati elettricamente al fine di consentire un più agevole posizionamento dei pazienti anziani o disabili.

Cordiali saluti,

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Barbara PODDA



Il Direttore f.f. S.C. Cardiologia e UTIC
Dott. Antonio CADDEO



Servizio Sanitario Regione Sardegna ASL n° 5 - ORISTANO Dipartimento Amministrativo Servizio Provveditorato
- 1 LUG 2013
Arrivato il _____
Prot. N. _____ del _____



Ostiano 23/07/13

Il sottoscritto Alessandro Marias, delegato della ESAOTE Spa, in riferimento al Lotto 5 Valutazione Tecnica Qualitativa Criterio 9, dichiara che il software off-line richiesto è presente nella configurazione base offerta.

Nell'offerta senza prezzi è identificato come voce MyLab desk 3 ed è compreso nel Totale offerta.

Alessandro Marias

Vanto
A. Marias

Allegato "RD" al VERBALE Seggio di gara n° 2 del 23.07.2013:

Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano. D.G. N. 350 del 24/04/2013.



ASL Oristano

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 ORISTANO

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE PRESENTI ALLA SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 28.05.2013

Rif.	NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)	DITTA RAPPRESENTATA (IN STAMPATELLO)	FIRMA	PRESENTE IN QUALITA' DI:		
				Legale Rappresentante	Delegato in forma scritta	Partecipante senza delega formale
1	ALDO PALMAS	PHILIPS				X
2	LUISA CADONI	DITTA SANDRO CARIA			X	
3	ALESSANDRO PARRIAS	ESLOTIE			X	
4						
5						
6						
7						
8						
9						

VERBALE N. 3 del 26.09.2013 - Sedgio di gara

Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano. D.G. N. 350 del 24/04/2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 09.35 nella Sede Legale e Amministrativa della A.S.L. N° 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Sedgio di gara preposto all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Sono presenti i Signori:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente
Dr. Paolo Sanna	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone
Dr. Luca Pisano	Collab. amm.vo Servizio Provveditorato	Testimone,

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO

- ^ che con Deliberazione del Direttore Generale del D.G. n. 350 del 24.04.2013 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 5 lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano, da affidare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 4 e dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n. 5, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.lgs 163/06 ss.mm.ii.;
- ^ che con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 24.05.2013 è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, costituita dal presente Sedgio di gara e da distinta Commissione Giudicatrice preposta alla verifica di conformità tecnica per i lotti dal n. 1 al n. 4 e alla valutazione tecnico-qualitativa con conseguente attribuzione dei punteggi per il lotto n. 5 nella composizione ivi richiamata.
- ^ che per il lotto n. 2 non è stata presentata nessuna offerta e che per il lotto n. 3 non è stata presentata nessuna offerta regolare ammessa alla fase di apertura delle offerte tecniche come si evince dal verbale del Sedgio di Gara n. 1 del 28.05.2013;
- ^ che in data 23 luglio 2013 il Sedgio di Gara si è riunito in seduta pubblica, come da verbale n. 2 pari data, proseguendo le operazioni di gara secondo le seguenti risultanze:
 - o ha disposto di non procedere, per le motivazioni ivi indicate, con l'aggiudicazione della presente procedura relativamente al lotto n. 4 e di stabilire pertanto che le offerte economiche presentate per il lotto in parola vengano custodite, chiuse e sigillate, agli atti della presente procedura;
 - o ha preso atto della conformità, dichiarata dalla Commissione Giudicatrice, delle offerte tecniche presentate per i lotti n. 1 e 4: ELETTRMEDICAL SAS (lotto n. 1 e 4), SANDRO CARTA PRODOTTI OSPEDALIERI (lotto n. 4);
 - o ha preso atto dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice per

il lotto n. 5: ESAOTE SPA 40,3/60 - PHILIPS SPA 60/60

- o ha preso atto delle osservazioni di cui alla nota allegata al verbale presentata dal delegato della ditta Esaote Spa relative alla valutazione tecnico qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice del lotto n. 5 - CRITERIO N. 9 dell'offerta della medesima ditta per le motivazioni ivi dettagliate;
- o ha ritenuto di non avere competenze in merito alla obbiezione mossa dalla ditta Esaote Spa relativamente a questioni prettamente tecniche disponendo pertanto di sospendere la seduta e di rimettere le conseguenti valutazioni alla Commissione Giudicatrice aggiornando a successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte economiche;
- ^ che, con nota prot. n. NP/2013/997/LP del 24.07.2013, il Presidente del Seggio di Gara ha trasmesso al Presidente ed ai Componenti della Commissione Giudicatrice copia del verbale n. 2 del 23 luglio 2013 corredato dalla dichiarazione messa a verbale dal delegato della ditta Esaote Spa nonché l'offerta tecnica della ditta Esaote Spa al fine di verificare l'obbiezione mossa dalla suddetta ditta ed assumere le eventuali valutazioni in merito;
- ^ che, con nota prot. n. NP/2013/2016 del 02.09.2013, il Presidente della Commissione Giudicatrice ha trasmesso al Presidente del Seggio di gara i verbali della Commissione Giudicatrice n. 3 del 09.08.2013, n. 4 del 02.09.2013, allegati al presente Verbale con il n. 1 per farne integrante e sostanziale relativi alle ulteriori verifiche effettuate circa l'attribuzione del punteggio tecnico correlato al lotto 5 - criterio n. 9;
- ^ che con nota prot. PG/2013/65389 del 20.09.2013 inviata a mezzo PEC-Albo Fornitori il Presidente del Seggio di gara ha convocato le Ditte rimaste in gara, all'odierna seduta.

Il Presidente, alla presenza dei testimoni sopra menzionati, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti all'odierna seduta pubblica di gara i Rappresentanti delle Ditte di cui all'unito elenco RD, allegato al presente Verbale per farne parte integrale e sostanziale.

Il Presidente del Seggio di Gara:

- ^ da lettura integrale ai presenti di quanto riportato nei verbali della Commissione Giudicatrice n. 3 del 09.08.2013, n. 4 del 02.09.2013;
- ^ prende atto che la Commissione Giudicatrice, esaminate le osservazioni poste dal delegato della ditta Esaote Spa in merito alla valutazione tecnico qualitativa del lotto n. 5 - CRITERIO N. 9, ha confermato le proprie valutazioni già adeguatamente riassunte e motivate nel verbale n.2 del 20/06/2013 ed ulteriormente approfondite nel verbale n. 3 del 09/08/2013 e le relative conclusioni di cui al verbale n. 4 del 02.09.2013;
- ^ dispone di procedere con l'aggiudicazione della presente procedura relativamente ai lotto n. 1 e 5 disponendo pertanto che le offerte economiche presentate per i lotti n. 2-3-4 vengano custodite, chiuse e sigillate, agli atti della presente procedura.

Di seguito il Presidente fa constatare in modo palese l'integrità del plico contenente le offerte economiche confezionato in data 28.05.2013 procedendo quindi alla sua apertura, alla verifica dell'integrità delle due busta contenenti le offerte economiche presentate dalle Ditte sopra indicate.

LOTTO N. 1:

N°1 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA NELLE 24 ORE - Importo lotto a base d'asta (IVA esclusa): € 3.500,00



Il Presidente procede all'apertura della sola offerta economica presentata della Ditta **ELETTROMEDICAL SAS**.

Sui documenti presentati viene apposta la firma di tutti i Componenti del Seggio.

Il Presidente procede quindi alla lettura dell'importo offerto:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO DI GARA OFFERTO (Iva esclusa):

€ 1.620,00 Percentuale ribasso: 53,71%

Alla luce delle risultanze sopra descritte, dato atto che l'importo offerto è inferiore all'importo a base d'asta, si proclama la Ditta **ELETTROMEDICAL SAS** aggiudicataria provvisoria per il lotto n. 1, per l'importo complessivo di **€ 1.620,00 (Iva/E)** secondo quanto riportato e dettagliato nell'offerta economica allegata al presente verbale (allegato n. 2).

LOTTO N. 5

N°1 ECOCARDIOGRAFO PORTATILE - Importo lotto a base d'asta (IVA esclusa):

€ 58.000,00

Il Seggio di Gara, prima di procedere con l'apertura delle offerte economiche presentate per il lotto n. 5 prende atto, per l'attribuzione del punteggio economico, della formula prevista all'art. 10 del Capitolato Tecnico di seguito riportata:

$X_i = C_i * 40$ (dovè X_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo)

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Con

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il Presidente procede all'apertura dell'offerta economica presentata della Ditta **ESAOTE SPA**.
Sui documenti presentati viene apposta la firma di tutti i Componenti del Seggio.

Il Presidente procede quindi alla lettura dell'importo offerto:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO DI GARA OFFERTO (Iva esclusa):


€ 35.000,00 Percentuale ribasso: 39,66%

Il Presidente procede all'apertura dell'offerta economica presentata della Ditta **PHILIPS SPA**.
Sui documenti presentati viene apposta la firma di tutti i Componenti del Seggio.

Il Presidente procede quindi alla lettura dell'importo offerto:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO DI GARA OFFERTO (Iva esclusa):

€43.999,00 Percentuale ribasso: 24,14%



I ribassi offerti dalle ditte e sopra riportati vengono quindi utilizzati al fine dell'attribuzione del punteggio per il criterio "ribasso sulla base d'asta" (max 40/100) relativamente alle offerte economiche delle nominate ditte, calcolato utilizzando la formula sopra richiamata di cui all'allegato n. 3 e riportati, unitamente al punteggio qualitativo e complessivo nella seguente tabella:

DITTA	PUNTEGGIO ELEMENTI QUALITATIVI	PUNTEGGIO ELEMENTI ECONOMICI	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
ESAOTE SPA	40,30	40.00	80.30
PHILIPS SPA	60,00	27.24	87.24

Alla luce delle risultanze sopra descritte, dato atto che l'importo offerto è inferiore all'importo a base d'asta, si proclama la Ditta **PHILIPS SPA** aggiudicataria provvisoria per il lotto n. 5, per l'importo complessivo di € 43.999,00 (Iva/E) secondo quanto riportato e dettagliato nell'offerta allegata al presente verbale (allegato n. 4).

Relativamente al lotto n. 5 al termine delle operazioni sopra descritte si procede, ai fini dell'individuazione dell'eventuale anomalia dell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 -così come previsto dall'art. 21 del disciplinare di gara e capitolato speciale.

Il Seggio di gara, calcolati dapprima i 4/5 dei punteggi massimi relativi agli elementi qualitativi e al prezzo, come segue:

Elementi qualitativi (Max 60/100): 48

Prezzo (max 40/100): 32

rileva che sia la somma dei punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi qualitativi delle offerte presentate NON sono entrambi superiori ai 4/5 dei corrispettivi punti massimi e pertanto dichiara le stesse NON risultano sospette di anomalia.

Si da atto altresì che il lotto n. 2 è stato dichiarato DESERTO per mancanza di offerte, che il lotto n. 3 è stato dichiarato DESERTO per mancanza di offerte regolari e che per il lotto n. 4 non si provvederà alla aggiudicazione per le ragioni di opportunità dettagliate nel verbale del Seggio di Gara n. 2 del 23 luglio 2013.

Il Presidente dichiara tolta la seduta pubblica alle ore 10:15.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas

I Testimoni:

Dr. Paolo Sanna

Dr. Luca Pisano

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.



COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO: Gara d'appalto mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 5 lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano.

VERBALE N. 3 DEL 09/08/2013

L'anno Duemilatredici il giorno Nove del mese di Agosto (09/08/2013) alle ore 12:00 nei locali del Servizio Ingegneria Clinica, ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di valutazione qualitativa della documentazione tecnica delle offerte inerenti alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in numero cinque (5) Lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'Unità Operativa di Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano

La Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica è composta come di seguito indicato:

- Ing. Barbara Podda - *Presidente* - Dirigente Servizio Ingegneria Clinica.
- Dott. Antonio Caddeo - *Componente* - Dirigente Medico U.O. Cardiologia-UTIC P.O. Oristano.
- Dott.ssa Marina Meloni - *Componente* - Dirigente Medico U.O. Cardiologia-UTIC P.O. Oristano.

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 24.04.2013 si è proceduto ad indire, una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 5 lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino di Oristano, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 4 e dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n. 5, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.lgs 163/06 ss.mm.ii..
- Che con Deliberazione del Direttore Generale sopra citata sono stati approvati lo schema di Lettera d'invito, il Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati nonché l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto.
- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 24.05.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa della documentazione tecnica.
- Che in data 06.06.2013 e 20.06.2013 si sono tenute la prima e la seconda riunione della Commissione Giudicatrice.

V 26 SET. 2013

- Che in detta seconda riunione la Commissione Giudicatrice ha effettuato una valutazione comparativa delle offerte tecniche ed ha espresso le proprie valutazioni finali.
- Che per quanto riguarda il lotto n. 5, la cui aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al criterio 9 sulle analisi quantitative integrate del sistema, la Commissione Giudicatrice ha evidenziato che l'offerta tecnica della ditta Esaote non era conforme a tale punto perché il software richiesto in configurazione base nella modalità OFFLINE è stato invece indicato come accessorio opzionale nell'offerta economica senza prezzi.
- Che l'offerta tecnica è stata quindi giudicata insufficiente poiché tale costo doveva essere eventualmente computato per una corretta comparazione economica delle offerte.
- Che la documentazione tecnica unitamente alle risultanze dell'analisi qualitativa nonché i verbali n. 1 del 06/06/2013 e n. 2 del 20/06/2013 della commissione giudicatrice sono stati trasmessi al presidente del seggio di gara per i successivi adempimenti di competenza.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice dopo aver verificato la presenza dei componenti della commissione sopra menzionati dichiara aperta la seduta.

Nella seconda seduta pubblica del Seggio di Gara del 23.07.2013 il delegato della ditta Esaote SpA con riferimento alla valutazione del lotto n. 5 dell'offerta della ditta Esaote ha contestato quanto rappresentato dalla Commissione Giudicatrice nei verbali n. 1 del 06/06/2013 e n. 2 del 20/06/2013 in merito al criterio n. 9, sostenendo che il software OFFLINE richiesto è presente nella configurazione base offerta come identificato nell'offerta senza prezzi alla voce MyLab desk3 ed è compreso nel totale dell'offerta.

A seguito di tale obiezione il Seggio di Gara ha ritrasmesso alla Commissione Giudicatrice l'offerta tecnica della ditta Esaote SpA per le valutazioni in merito.

La Commissione Giudicatrice ha ulteriormente verificato l'attribuzione del punteggio al criterio n. 9 ed ha esplicitato le seguenti considerazioni.

"Il modello offerta economica obbligava ad identificare tutti gli elementi offerti con chiara identificazione del modello e del codice al fine di evitare ambiguità.

Nella ~~offerta economica~~ della ditta Esaote SpA a pagina 1 si indica genericamente la voce MyLab Desk 3, senza specificare se si tratti di un SW, e senza dare nessuna indicazione di codice come richiesto per poter interpretare correttamente il modulo offerta, mentre i restanti software inclusi in configurazione base sono chiaramente indicati col codice identificativo a pagina 2.

Inoltre a pagina 4, in riferimento alla lettera c) accessori opzionali non inclusi in offerta al punto 11 la ditta Esaote identifica chiaramente il software MyLab Desk3 Seconda Consolle da noi richiesto al punto 19 delle caratteristiche tecniche valutate al contestato criterio n. 9.

Per questa motivazione si reputa che l'offerta è carente di un elemento richiesto come parte integrante della configurazione base, visto che tale software risulta chiaramente identificato solo a pagina 4 dell'~~offerta economica~~ in relazione al punto c) accessori opzionali non inclusi in offerta".

Dette considerazioni sono state inviate formalmente alla ditta Esaote con nota prot. n. PG/2013/56277 del 09.08.2013, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e

* MODELLO OFFERTA ECONOMICA
SENZA PREZZI

Alberto
Marino

Pag. 2 di 3
ASLoristano

[Signature]

V. 26 SET 2013

sostanziale come allegato n. 1, con indicazione di dare riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della stessa nota.

La Commissione in attesa di riscontro da parte della ditta Esaote dichiara alle ore 12:30 chiusa la seduta.

Il presente verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Ing. Barbara Podda

Barbara Podda

I Componenti:

Dott. Antonio Caddeo

Antonio Caddeo

Dott.ssa Marina Meloni

Marina Meloni



V.
26 SET 2013
[Signature]

Dipartimento Tecnico Logistico
S.S.D. Ingegneria Clinica

Prot. PG/2013/56277

Oristano lì, 09.08.2013

ESAOTE S.p.A. - Via Siffredi n. 58 -
16153 GENOVA
Telefono: 010/6547451 -
Fax 010/6547275
indirizzo e-mail: ufficio.gare@esaote.com

p.c. Al Presidente del Seggio di Gara
c.a. Dott.ssa M.G. DEMURTAS

Oggetto: Riscontro: Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. di Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano. D.G. N. 350 del 24.04.2013

In riferimento alla contestazione del rappresentante della Ditta Esaote avvenuta nella seconda seduta pubblica del Seggio di Gara del giorno 23.07.2013, con la quale si sostiene che il software off-line richiesto e oggetto di valutazione risulta presente nella configurazione base senza prezzi alla voce MyLab Desk; la Commissione Giudicatrice in data odierna si è riunita e ha verificato l'attribuzione del punteggio contestato al criterio 9. in relazione al punto .19 delle caratteristiche tecniche.

Il modello offerta economica obbligava ad identificare tutti gli elementi offerti con chiara identificazione del modello e del codice al fine di evitare ambiguità.

Nella Vostra offerta economica a pagina 1 si indica genericamente la voce MyLab Desk 3, senza specificare se si tratti di un SW, e senza dare nessuna indicazione di codice come richiesto per poter interpretare correttamente il modulo offerta, mentre i restanti software inclusi in configurazione base sono chiaramente indicati col codice identificativo a pagina 2.

Inoltre a pagina 4, in riferimento alla lettera **c) accessori opzionali non inclusi in offerta al punto 11. la Vostra Spettabile Ditta identifica chiaramente il software MyLab Desk3 Seconda Consolle da noi richiesto al punto 19. delle caratteristiche tecniche valutate al contestato criterio .9**

Per questa motivazione la Commissione Giudicatrice ha reputato che l'offerta fosse carente di un elemento richiesto come parte integrante della configurazione base, visto che tale software risulta chiaramente identificato solo a pagina 4. dell'offerta economica in relazione al punto **c) accessori opzionali non inclusi in offerta**

Si prega di voler riscontrare formalmente la presente entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti,

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Dott. Ing. Barbara PODDA



V. O. 26 SET. 2013

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gara d'appalto mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in n. 5
OGGETTO: lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano.

VERBALE N. 4 DEL 02/09/2013

L'anno Duemilatredici il giorno Due del mese di Settembre (02/09/2013) alle ore 12:00 nei locali del Servizio Ingegneria Clinica, ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di valutazione qualitativa della documentazione tecnica delle offerte inerenti alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in numero cinque (5) Lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'Unità Operativa di Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano

La Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica è composta come di seguito indicato:

- Ing. Barbara Podda - *Presidente* - Dirigente Servizio Ingegneria Clinica.
- Dott. Antonio Caddeo - *Componente* - Dirigente Medico U.O. Cardiologia-UTIC P.O. Oristano.
- Dott.ssa Marina Meloni - *Componente* - Dirigente Medico U.O. Cardiologia-UTIC P.O. Oristano.

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 24.04.2013 si è proceduto ad indire, una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 5 lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino di Oristano, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 4 e dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto n. 5, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.lgs 163/06 ss.mm.ii..
- Che con Deliberazione del Direttore Generale sopra citata sono stati approvati lo schema di Lettera d'invito, il Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati nonché l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto.
- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 24.05.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa della documentazione tecnica.
- Che in data 06.06.2013, in data 20.06.2013 e in data 09.08.2013 si sono tenute la prima, la seconda e la terza riunione della Commissione Giudicatrice.

V. 25 SET 2013

- Nella seconda seduta pubblica del Seggio di Gara del 23.07.2013 il delegato della ditta Esaote SpA con riferimento alla valutazione del lotto n. 5 dell'offerta della ditta Esaote ha contestato quanto rappresentato dalla Commissione Giudicatrice nei verbali n. 1 del 06/06/2013 e n. 2 del 20/06/2013 in merito al criterio n. 9, sostenendo che il software OFFLINE richiesto è presente nella configurazione base offerta come identificato nell'offerta senza prezzi alla voce MyLab desk3 ed è compreso nel totale dell'offerta.
- Che in seguito alla contestazione del delegato della ditta Esaote SpA la Commissione Giudicatrice ha ulteriormente verificato l'attribuzione del punteggio contestato al criterio n. 9 ed ha esplicitato delle valutazioni, le quali sono state formalmente inviate alla ditta Esaote con nota prot. n. PG/2013/56277 del 09.08.2013, con indicazione di dare riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della stessa nota.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice dopo aver verificato la presenza dei componenti della commissione sopra menzionati, dichiara aperta la seduta.

Considerato che la ditta Esaote a tutt'oggi non ha dato riscontro alla nota prot. n. PG/2013/56277 del 09.08.2013, la Commissione Giudicatrice conferma le proprie valutazioni adeguatamente riassunte e motivate nel verbale n. 2 del 20/06/2013 e ribadite anche nella suddetta nota.

La Commissione esauriti i propri adempimenti chiude in un plico la documentazione tecnica, riponendo la stessa all'interno di un armadio chiuso al fine di evitare manomissioni.


La documentazione tecnica della ditta Esaote SpA unitamente alla nota prot. n. PG/2013/56277 del 09.08.2013 e ai verbali n. 3 del 09/08/2013 e n. 4 del 02/09/2013 della Commissione Giudicatrice saranno trasmessi al presidente del seggio di gara per i successivi adempimenti di competenza.

Alle ore 12:30 vengono definitivamente chiuse le operazioni di gara e i vari adempimenti.

Il presente verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente:

Ing. Barbara Podda





I Componenti:

Dott. Antonio Caddeo



Dott.ssa Marina Meloni







ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

ALLEGATO N. 2 AL
VERBALE N. 3 DEL 26.09.2013

26 SET. 2013
[Handwritten signature]

Allegato n° 2 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 15 fogli.



"MODELLO A"

PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA

Offerta n°082/2013 rif.GB/ac del 21/05/2013

Oggetto: Cottimo fiduciario per la fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano

LOTTO N. 1 PER N°1 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA NELLE 24 ORE

Il sottoscritto Boscato Giorgio nato a Cagliari il 25/10/1957, residente a Elmas (CA) in via Gramsci n.19, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta Elettromedical sas di Boscato Giorgio con sede legale in Sestu (CA) Str.Prov. Sestu - Elmas Km.2,400 CF/P.IVA 01557410923,

ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

a) Modello e codici della/e apparecchiatura/e offerta/e comprensiva/e di tutti gli elementi inclusi nella configurazione base offerta

Registratore Holter CARDIOLINE walk200b cod.87019308
Software CARDIOLINE CUBE abpm cod.87019357

Quantità: n°1

Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa: Euro 1.620,00=


Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa: Euro milleseicentoventi/00

Prezzo totale per la quantità offerta IVA esclusa (cifre): Euro 1.620,00=(euro milleseicentoventi/00)

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO DI GARA OFFERTO	(cifre) Euro 1.620,00=
RIBASSO PERCENTUALE IN CIFRE E IN LETTERE, SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA (indicare la percentuale di ribasso con due cifre decimali in relazione all'importo totale offerto per il lotto)	

ASL 5 Oristano
Sede legale: Via Carducci n. 35
09170 Oristano (OR)
C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

1
ELETTRONICAL SAS
di Boscato Giorgio
L'Amministratore
[Handwritten signature]



Percentuale ribasso	(lettere) Cinquantatre virgola settantuno percento	(cifre) 53,71%
---------------------	---	-------------------

Il prezzo offerto è inteso omnicomprensivo di tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati e si intende composto dai prezzi di ogni singola parte della fornitura

N.B. I SEGUENTI PUNTI B) E C) NON RILEVANO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

**B) canone per assistenza tecnica e manutenzione triennale post garanzia:
(secondo quanto previsto dall' Art. 6 Capitolato tecnico)**

TUTTO COMPRESO

Importo annuale offerto (IVA escl.): in cifre Euro 160,00= in lettere euro centosessanta/00

Importo triennale offerto (IVA escl.): in cifre Euro 480,00= in lettere euro quattrocentoottanta/00

SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA

Importo annuale offerto (IVA escl.): in cifre Euro 100,00= in lettere euro cento/00

Importo triennale offerto (IVA escl.): in cifre Euro 300,00= in lettere euro trecento/00

**C) accessori opzionali non inclusi nella configurazione di base richiesta:
(da quotare singolarmente)**

NON SONO PREVISTI ACCESSORI OPZIONALI

Alla presente offerte si allega:

- Elenco dettagliato riportante i singoli prezzi dell'apparecchiatura e degli eventuali accessori offerti che complessivamente concorrono alla definizione del prezzo di cui al punto A:
Registratore Holter **CARDIOLINE walk200b cod.87019308** - Prezzo unitario Euro **1.100,00=(euro millecento/00) IVA esclusa**
Software **CARDIOLINE CUBE abpm cod.87019357** - Prezzo unitario Euro **520,00=(euro cinquecentoventi/00) IVA esclusa**
- Elenco dettagliato riportante il numero di CND (classificazione nazionale dei dispositivi medici) e il numero di repertorio del dispositivo medico per l'apparecchiatura principale e per ciascun relativo accessorio offerto:
cod.CND Z12050404 - numero di repertorio 597697
- Elenco delle parti di consumo previste nella fornitura con i relativi prezzi di listino (specificare se trattasi di dispositivi monouso o pluriuso e in quest'ultimo caso il numero massimo di applicazioni o di giorni in cui risulta valido l'utilizzo)
(se non pertinente barrare la casella sotto riportata).
 non pertinente
- Elenco dei prezzi singoli di ciascuna parte di ricambio prevista nella fornitura: non sono



26 SET. 2019

previsti pezzi di ricambio.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)

ELETTROMEDICAL SAS
di Nasirto (Sud Sardegna)
Via ...
[Handwritten signature]

N.B. La presente offerta va resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di legge:

dal titolare per le imprese individuali; dall'amministratore o da chi rappresenta la società;

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006.

ALLEGATO N. 3 AL
VERBALE N. 3 DEL 26.09.2012

Cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano. D.G. N. 350 del 24/04/2013

base asta	58.000,00	
P/Q 40/60		
		Punteggio Q
importi offerenti		
ESAOTE	35.000,00	40,3
PHILIPS	43.999,00	60
min	35.000,00	
max	43.999,00	

$V(n)_i = R_a/R_{max}$
dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a
 R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

Allegato P secondo metodo

X 0,90
 0,85
 0,80

		ipotesi 0,9	punteggio P 40		Somma Punteggi
	ribassi in %				
	coefficiente				
		39,66%	1,000	40,00	80,30
		24,14%	0,681	27,24	87,24
soglia		31,90%	soglia è la media aritmetica		
max		39,66%			
coefficiente	se $A_i \leq A_{soglia}$	$x * \frac{A_i}{A_{soglia}}$			
coefficiente	se $A_i > A_{soglia}$	$x + (1,00 - x) * \frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})}$			
ove $x = 0,80$ o $0,85$ o $0,90$					

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i esimo
A_i	=	valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)

26 SET. 2013

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ORISTANO
SERVIZIO SANITARIO

ALLEGATO N. 4 AL
 VERBALE M. 3 DEL 26.09.2013
 ASL Oristano



26 SET. 2013
 [Signature]

"MODELLO A"

PROSPETTO OFFERTA ECONOMICA NR. 9000_295358128 1 DEL 22.05.13

Oggetto: Cottimo fiduciario per la fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL n°5 di Oristano

LOTTO N. 5 PER NR. 1 ECOCARDIOGRAFO PORTATILE PER UO CARDIOLOGIA - UTIC DEL P.O. SAN MARTINO (indicare il nome del lotto)

Il sottoscritto GIUSEPPE LICATA nato a Milano il 08.01.1960, residente per la carica a Monza MB in via G. Casati n. 23, nella sua qualità di Procuratore della ditta PHILIPS SpA con sede legale in Milano Via L. Mascheroni nr. 5 CF/P.IVA 00856750153,

ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

a) Modello e codici della/e apparecchiatura/e offerta/e comprensiva/e di tutti gli elementi inclusi nella configurazione base offerta

NUSN001 Ecografo Philips mod. CX50 / NUSN033 Opzione Clinica Cardiologia Adulti / NUSM011 DICOM / NUSM039 Pacchetto 2DQ avanzato / NUSB487 Pacchetto QLab completo / FUS5081 Sonda S5-1

Quantità: NR. 1 (uno)

Prezzo unitario offerto in cifre IVA esclusa: € 43.999,00.=

Prezzo unitario offerto in lettere IVA esclusa: Euro quarantatremilanovecentonovantanove/00

Prezzo totale per la quantità offerta IVA esclusa (cifre): € 43.999,00.= (euro quarantatremilanovecentonovantanove /00)

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO DI GARA OFFERTO		(cifre) € 43.999,00.= (euro quarantatremilanovecentonovantanove/00)
RIBASSO PERCENTUALE IN CIFRE E IN LETTERE, SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA (indicare la percentuale di ribasso con due cifre decimali in relazione all'importo totale offerto per il lotto)		
Percentuale ribasso	(lettere) ventiquattrovirgolaquattordici	(cifre) 24,14%

Il prezzo offerto è inteso omnicomprensivo di tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati e si intende composto dai prezzi di ogni

ASL 5 Oristano
 Sede legale: Via Carducci n. 35
 09170 Oristano (OR)
 C.F. e P.I.: 00681110953
www.asloristano.it

Philips S.p.A.
 Healthcare
 Procuratore

Sig. Giuseppe Licata



singola parte della fornitura

N.B. I SEGUENTI PUNTI B) E C) NON RILEVANO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

**B) canone per assistenza tecnica e manutenzione triennale post garanzia:
(secondo quanto previsto dall' Art. 6 Capitolato tecnico)**

TUTTO COMPRESO

Importo annuale offerto (IVA escl.): in cifre 5.236,00.= in lettere cinquemiladuecentotrentasei/00

Importo triennale offerto (IVA escl.): in cifre 15.708,00.= in lettere quindicimilasettecentootto/00

SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA

Importo annuale offerto (IVA escl.): in cifre 2.640,00.= in lettere duemilaseicentoquaranta/00

Importo triennale offerto (IVA escl.): in cifre 7.920,00.= in lettere settemilanovecentoventi/00

**C) accessori opzionali non inclusi nella configurazione di base richiesta:
(da quotare singolarmente)**

1) Carrello

Importo unitario offerto (IVA escl.): in cifre 2.000,00.= in lettere duemila/00

2) _____

Importo unitario offerto (IVA escl.): in cifre _____ in lettere _____


Alla presente offerte si allega:

1. Elenco dettagliato riportante i singoli prezzi dell'apparecchiatura e degli eventuali accessori offerti che complessivamente concorrono alla definizione del prezzo di cui al punto A.
2. Elenco dettagliato riportante il numero di CND (classificazione nazionale dei dispositivi medici) e il numero di repertorio del dispositivo medico per l'apparecchiatura principale e per ciascun relativo accessorio offerto.
3. Elenco delle parti di consumo previste nella fornitura con i relativi prezzi di listino (specificare se trattasi di dispositivi monouso o pluriuso e in quest'ultimo caso il numero massimo di applicazioni o di giorni in cui risulta valido l'utilizzo)
(se non pertinente barrare la casella sotto riportata).
 non pertinente
4. Elenco dei prezzi singoli di ciascuna parte di ricambio prevista nella fornitura.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)

Philips S.p.A.
Healthcare
Procuratore

Sig. Giuseppe Licata



N.B. La presente offerta va resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di legge:

dal titolare per le imprese individuali; dall'amministratore o da chi rappresenta la società;

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006.

*** La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità**

Philips S.p.A.

Healthcare

Via G. Casati, 23

20900 Monza

26 SET. 2013
[Handwritten signature]

Spettabile
ASL 5 ORISTANO
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO

Offerta: 9000_295358128 1

Data: 22/05/2013
Cliente n. 94316919

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in lotti distinti di apparecchiature sanitarie varie per l'U.O. Cardiologia – UTIC del P.O. San Martino afferente alla ASL 5 di Oristano – D.G.N. n. 350 del 24.04.2013 – LOTTO NR. 5 – Nr. Ecocardiografo portatile CIG 50476436C5
Vs. rif. prot. nr. 34194 del 13.05.2013

In riferimento alla pregiata Vostra richiesta sopra citata, Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per quanto di Vostro interesse:



Philips S.p.A.
Sede Operativa:
Via G. Casati, 23 - 20900 Monza
Tel.: 039-203.1

Sede Legale:
Via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano
Cap. Soc. Euro 68.068.000,00 i.v.
Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e P.IVA n. 00856750153
R.E.A. Milano n. 88001
Direzione e coordinamento: Konijnklike Philips Electronics N.V.
Registro dei Produttori AEE: n. IT08010000000099

Philips S.p.A.
Healthcare
Piazzatore

Sig. Giuseppe Licata

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'OFFERTA

CX50 (CV)

Pos.	Qtà.	Descrizione	IMPORTO (EUR)
1	1	Sistema ecografico CX50 Cardiologico (Codice CND Z11040102 – Repertorio 64198 valido per apparecchiatura ed accessori) (Euro ventitremiladuecentosettantaseivirgolazerozero) codice prodotto: NUSN001	23.276,00

Sistema ecografico compatto con nuova architettura del beamformer a 18432 canali, ad elevatissima ergonomia e con le seguenti caratteristiche:

Nuova generazione di Beamformer acustico digitale a banda larga Purewave
 18.432 canali digitali scalabili dinamicamente, progettati per supportare la nuova generazione di sonde Explora e frequenze da 1 a 20 MHz
 Circuiti digitali ad elevato numero di bit (16 bit), ridotto rumore di fondo, con sistema adattivo per aumento del rapporto segnale/rumore con aumento del Dynamic Range di sistema a 232Db
 Nuova architettura di sistema con capacità di processing dati e segnali in parallelo e controllo completo dei dati nativi
 2D - M - Mode - Doppler PW / CW / HIGH PRF - Colore - Doppler CW steerable -3D di base con ricostruzione MPR
 Armonica di tessuto (THI)
 Monitor 15" LCD privo di flicker con varie posizioni di regolazioni
 Modulo X-Res: sistema adattivo di processing del segnale per riduzione automatica del rumore e degli artefatti, aumento della definizione tissutale, capacità di calcolo di 350 Bops
 Nuova tecnologia dei cristalli per aumento penetrazione e riduzione degli artefatti
 Pannello di controllo con tasti raggruppati in maniera logica con facile accesso
 Tastiera alfanumerica
 Cineloop immagine 2D - Doppler - M
 Zoom ad alta definizione - Zoom acustico
 Chroma Imaging
 Nuova famiglia di trasduttori Explora
 Nuova ergonomia e cavi estremamente flessibili
 Interfaccia utilizzatore in lingua italiana
 Workstation integrata per revisione, archivio, gestione di immagini, dati, referti, loops, reports


12/5 SET. 2013

Acquisizione di immagini e loops in prospettiva e retrospettiva per archivio su hard disk e disco rimovibile
Modulo periferica integrata DVD per archivio di immagini in formato JPEG, AVI, BMP
Peso contenuto

2	1	<p>Opzione clinica Cardiologia Adulti (Euro ottomilacinquecentosessantasettevirgolazerozero) codice prodotto: NUSN033 Opzione clinica Cardiologia Adulti</p>	8.567,00
3	1	<p>DICOM Networking (Euro millecinquantaottovirgolazerozero) codice prodotto: NUSM011 DICOM Networking per il collegamento in rete con le funzioni Print, Store, Performed Procedure Step (PPS) e Modality Worklist.</p>	1.058,00
4	1	<p>Pacchetto 2DQ Avanzato (Euro quattromiladuecentotrentaduevirgolazerozero) codice prodotto: NUSM039 Pacchetto di quantificazione che include Cardiac Motion Quantification (CMQ), Strain Quantification (SQ), Region of Interest (ROI) e Intima Media Thickness (IMT)</p>	4.232,00
5	1	<p>Pacchetto QLAB completo (Euro milleduecentovirgolazerozero) codice prodotto: NUSB487 Include QLAB Core Module e le seguenti plug-in: Intima Media Thickness (IMT) Quantification, Region of Interest (ROI) Quantification, Cardiac Parametric (PQ) Quantification, Strain (SQ) Quantification, Cardiac 2D Quantification (2DQ), Cardiac 3D Quantification (3DQ), Cardiac 3DQ Advanced, Mitral Valve Quantification (MVQ), GI 3D Quantification (GI 3DQ), MicroVascular Imaging (MVI), Elastography Quantification (EQ) e CMQ (Cardiac Motion /Mechanics Quantification).</p>	1.200,00
6	1	<p>Sonda S5-1 (Euro cinquemilaseicentosessantaseivirgolazerozero) codice prodotto: FUS5081 Sonda Sector Phased Array con banda di frequenze da 1 a 5 MHz con tecnologia Purewave</p>	5.666,00

PREZZO PARTICOLARE A VOI RISERVATO
(Euro quarantatremilanovecentonovantanovevirgolazerozero)

43.999,00



ACCESSORI OPZIONALI

1	1	Carrello (Euro duemilavirgolazerozero) codice prodotto: FUS5047	2.000,00
(Opz)		Carrello portaecografo	

COSTI DI UTILIZZAZIONE E GESTIONE

APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI

Il materiale di consumo, non di fornitura esclusiva, può essere reperito sul libero mercato, si identifica nel gel, nella carta termosensibile e negli elettrodi ECG, il cui costo è direttamente proporzionale al numero di esami/giorno eseguiti.

Si allega inoltre CD con elenco parti di ricambio.



26 SET. 2013

Al fine di mantenere costante negli anni le prestazioni delle Vostre apparecchiature e ridurre al minimo il verificarsi di inconvenienti improvvisi e dei relativi disservizi che ciò può comportare, la nostra Società, alla scadenza del periodo di garanzia è disponibile a stipulare con Codesta Spettabile Amministrazione un contratto di manutenzione.

Il canone annuo di tale contratto, e comprensivo delle prestazioni meglio definite negli altri punti del presente documento nonché nei documenti allegati (ci riferiamo in particolare al documento SM_US_EST.doc) è pari a:

€ 5.236,00.= (cinquemiladuecentotrentasei/00) pari al 11,90% (undicivirgolanovantapercento) del valore dell'apparecchiatura offerta, contratto full risk post garanzia;
€ 2.640,00.= (duemilaseicentoquaranta/00) pari al 6% (seipercento) del valore dell'apparecchiatura offerta, contratto manutenzione preventiva.

Per l'eventuale copertura di accessori di Vs. interesse non direttamente compresi nella offerta di base, si dovrà considerare un maggiore onere del canone annuale pari al 7% (settepercento) del loro prezzo di offerta.

Le quotazioni di cui sopra si intendono in Euro IVA esclusa, sono riferite ai sei anni post garanzia ed a quantità di ciascun tipo di impianto uguale a uno.

Per l'aggiornamento di dette quotazioni per gli anni successivi saranno utilizzati gli indici annuali di variabilità prezzi pubblicati dall'ISTAT.

Tariffe e le condizioni di attività di manutenzione correttiva

Con la presente Vi comuniciamo le tariffe e le condizioni di attività di manutenzione correttiva che troveranno applicazione, ai sensi dell'articolo 1341 c.c., per interventi di riparazione ed assistenza su chiamata dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Il servizio di assistenza su chiamata è disponibile dalle 8.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, festività escluse, alle seguenti condizioni economiche.

1) Manutenzione correttiva ed Assistenza specialistica:

- Apparecchiature di Diagnostica per Immagini di 3° livello € 162,00 per ora
- Supporto nostro personale "Clinical Application" € 203,00 per ora

2) Ore straordinarie così suddivise:

dalle ore 17.31 alle ore 20.00
dalle ore 20.01 alle ore 22.00
dalle ore 22.01 alle ore 08.29
sabato non festivo
festivo fino alle ore 22.00

26 SET. 2013

maggiorazione del 15%
maggiorazione del 30%
maggiorazione del 50%
maggiorazione del 50%
maggiorazione del 75%

3) Diritto di chiamata:

€ 193,00

4) Ore viaggio: come da tariffa oraria al punto 1)

- calcolate dal Centro di Assistenza a Voi più vicino, come dal seguente elenco:
- Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Teramo, Torino, Trieste.

N.B. Tutti gli importi si intendono oltre IVA a termine di legge.

L'attivazione dei nostri tecnici è comunque subordinata alla presenza di una richiesta scritta di intervento, regolata dalle presenti condizioni, o all'accettazione scritta di nostro specifico preventivo.

Il prezzo delle parti di ricambio è soggetto a variazioni mensili in funzione delle variazioni dei costi di produzione e delle variazioni dei cambi; siamo comunque a disposizione per fornirVi i singoli prezzi da Voi richiesti di volta in volta.

Le parti di ricambio (merceologicamente separabili o meno) sono nuove o equivalenti e hanno garanzia tre mesi; Philips si riserva la facoltà di ritirare le parti sostituite caso per caso; di tale eventualità Philips terrà conto nella formulazione del preventivo.

Vi segnaliamo che la nostra Società è l'unico riferimento della casa madre Philips Nederland B.V. (Veenpluis 6 - 5684 PC Best - The Netherlands) per l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione in Italia di prodotti e servizi su apparecchiature elettromedicali ad alta tecnologia.

Pertanto la scrivente Società, con particolare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica ed al fine di garantire la conduzione degli impianti in termini di massima sicurezza, gestisce con standard di qualità esclusiva la fornitura sia delle parti di ricambio originali sia del know how specifico appartenenti a Philips quali risultanti dai consistenti e continui investimenti effettuati allo scopo.

In particolare specifichiamo che il nostro Personale che effettuerà gli interventi viene periodicamente sottoposto a informazione, formazione, addestramento e continuo aggiornamento con corsi esclusivi presso gli appositi centri di riferimento della Casa Madre, oltre che presso i nostri centri in Italia.

Alla luce di quanto sopra i nostri interventi verranno effettuati avendo cura di mantenere, con riferimento e limitatamente alle prestazioni oggetto del contratto, le caratteristiche originarie di conformità delle apparecchiature ai sensi del D. Lgs. 46/97 in applicazione alla Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, nonché l'utilizzo delle apparecchiature medesime in regime di sicurezza in adempimento degli obblighi manutentivi previsti dalla normativa vigente in tema di attrezzature di lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/08, artt.69 e seguenti.

Philips S.p.A.
Healthcare
Procuratore

Sig. Giuseppe Licata

CONDIZIONI DI FORNITURA

Consegna:

entro 40 gg. dal ricevimento dell'ordine, previa disponibilità locali.

Spedizione-Imballo-Montaggio: compreso

Dalle operazioni di montaggio sono escluse le opere murarie, proteximetriche, idrauliche, elettriche di b.t., di falegnameria, di manovalanza, che si intendono predisposte a cura e spese del Committente.

Adempimenti in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Dlgs 151 del 2005) (la presente clausola sarà operante solamente per apparecchiature consegnate ed installate successivamente alla data del 31 dicembre 2006, o in data successiva nel caso di ulteriori proroghe dei termini di cui all'art. 20, comma 5, del citato Dlgs.)

All'atto della dismissione della Apparecchiatura, Philips provvederà - a propria cura e spese - , alle attività di ritiro e trattamento della medesima previste dalla normativa in materia di RAEE.

Tali operazioni verranno da Philips effettuate dietro incarico scritto da parte del Committente ed avvalendosi di soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

La data dell'intervento verrà preventivamente comunicata per iscritto al Committente, ed il ritiro verrà autorizzato da persona dallo stesso incaricata. Per tale data, l'Apparecchiatura dovrà essere stata depositata in area direttamente accessibile agli automezzi. Eventuali attività di disinstallazione, smontaggio, movimentazione ed estrazione dell'Apparecchiatura dai locali ove la stessa risulterà posizionata, così come eventuali interventi murari che a tal fine si rendessero necessari, saranno a cura e spese del Committente. Il Committente dovrà altresì provvedere - a norma di legge - a decontaminare l'Apparecchiatura al fine di evitare rischi di contaminazione del personale incaricato alle operazioni, nonché a verificare che l'Apparecchiatura da ritirare risulti integra di tutti i suoi componenti essenziali e non contenga altre apparecchiature o parti non facenti parte della stessa.

I.V.A.:

i prezzi sopra indicati si intendono al netto di IVA.
La stessa sarà a Vostro carico a norma di legge.

Pagamento:

60 gg. data ricevimento fattura, previo collaudo favorevole.

Collaudo:

Il collaudo dovrà avvenire alla messa in funzione.

In mancanza dell'effettuazione del collaudo per cause non imputabili alla Philips SpA, il medesimo si avrà per avvenuto e, dalla scadenza del termine, decorreranno tutti gli effetti previsti.

Garanzia:

12 mesi full risk, sonde incluse, dal collaudo ad eccezione delle parti soggette a consumo.

Durante il periodo di garanzia è assicurato senza alcun ulteriore onere il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione alle apparecchiature.



Licenza software:

I programmi per elaboratore forniti a corredo delle apparecchiature oggetto della presente offerta verranno messi a disposizione dell'acquirente delle apparecchiature stesse a titolo di licenza d'uso non trasferibile e non esclusiva.

Tali programmi potranno venire impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature oggetto dell'offerta, ferma restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo a Philips SpA ai sensi del disposto del D.L.vo 29.12.1992 n. 518.

Tutte le informazioni tecniche contenute nei manuali d'installazione, funzionamento e manutenzione dell'Apparecchiatura sono protette da diritto di riproduzione e d'utilizzazione di Philips e restano pertanto di proprietà di Philips. E' pertanto vietata la copia, la riproduzione, la trasmissione a terzi e l'utilizzo da parte di terzi, senza il preventivo consenso scritto di Philips.

Informativa ai sensi del D.LGS 196/2003


Philips SpA procederà al trattamento dei dati personali ed aziendali del Committente esclusivamente ai fini della presente offerta e fatti salvi, comunque, gli obblighi di Legge.

Relativamente ai dati che lo riguardano il Committente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.LGS 196/2003.

Validità offerta:

180 gg. a partire dalla data ultima fissata per la presentazione della presente, salvo proroga scritta.

Philips S.p.A.
Healthcare
Procuratore



Sig. Giuseppe Licata