

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

**VERBALE N. 2 DI GARA**

PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LASER AD OLMIO PER IL TRATTAMENTO DELLA LITIASI URINARIA – INCISIONE DI STENOSI – ABLAZIONE PICCOLI TUMORI DA DESTINARE AL SERVIZIO UROLOGIA DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 08.40, nella Sede legale ed amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, presso il Servizio Provveditorato, si è riunito il Seggio di gara preposto ai lavori per l'affidamento dell'appalto in oggetto.



Sono presenti i Signori:

- Dr.ssa M. Gesuina Demurtas - Direttore Servizio Provveditorato - Presidente
- Sig.ra Paola Gasparotto - Collaboratore Amministrativo Servizio Provveditorato - Testimone
- Dott.ssa Maria Teresa Deidda - Assistente Amministrativo presso Servizio Provveditorato - Testimone con funzioni di Segretario verbalizzante

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 527 del 23.07.2015 è stata indetta, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., una procedura telematica di cottimo fiduciario per la fornitura di n. 1 Laser ad Olmio per il trattamento della litiasi urinaria – incisione di stenosi – ablazione piccoli tumori da destinare al Servizio Urologia della ASL n. 5 di Oristano, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da espletarsi sulla piattaforma on-line - [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it) - Gestore Albo dei Fornitori accreditati CSamed SRL;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 703 del 13.10.2015 è stato nominato il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice preposti ai lavori di aggiudicazione della presente gara;
- che con verbale n. 1 del 14.10.2015 il Seggio di gara ha proceduto alle seguenti operazioni:
  - o verifica della documentazione amministrativa presentata in formato digitale a corredo dell'offerta;
  - o verifica della mera presenza della documentazione tecnica presentata in formato digitale a corredo dell'offerta;
- che le Ditte Carlo Bianchi Srl, Cook Medical Srl, Dimed Srl e Urology Diagnostic Srl sono state ammesse alle fasi successive della gara di verifica di conformità tecnica delle offerte;
- che la Ditta Urology Diagnostic Srl è risultata sorteggiata ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 163/06 per la verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa.

Il Presidente dopo aver verificato la presenza delle persone sopra menzionate, dichiara aperta la seduta.

  1

Il Seggio di gara da atto:

- ⌘ della regolare presentazione entro il termine del 24.10.2015 della documentazione amministrativa da parte delle Ditta Urology Diagnostic Srl sorteggiata ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 163/06 per la verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa mediante caricamento della stessa sulla Piattaforma CsaMed-Albo Fornitori (Sez. Documentazione Integrativa) in data 22.10.2015;

Il Presidente da atto che la Commissione giudicatrice di gara ha trasmesso il verbale di gara relativo alla seduta del 22.10.2015 concernente l'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse con verbale n. 1 del 14.10.2015 e alla verifica di conformità tecnica, che si allega sotto il n. 1 al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Seggio di gara prende atto delle risultanze della verifica di conformità tecnica dichiarate dalla Commissione Giudicatrice in ordine alle offerte presentate dalle Ditte di seguito elencate:

	<b>Ditte</b>	<b>Offerta Tecnica</b>
1	CARLO BIANCHI SRL	CONFORME
2	COOK MEDICAL S.R.L.	NON CONFORME
3	DIMED SRL	NON CONFORME
4	UROLOGY DIAGNOSTIC S.R.L.	CONFORME

Il Seggio di gara procede pertanto all'esclusione della Ditta Cook Medical Srl e Dimed Srl dalla procedura di gara in oggetto con contestuale invio di relativa comunicazione tramite PEC-ALBO FORNITORI, per le motivazioni indicate nel verbale della Commissione Giudicatrice del 22.10.2015.

Il Seggio di gara procede infine, mediante accesso al portale [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it):

- ⌘ alla pubblicazione sul sistema del presente verbale con allegato il verbale di gara relativo alla seduta del 22.10.2015 della Commissione giudicatrice;
- ⌘ all'invio della comunicazione, mediante posta elettronica certificata, a tutte le Ditte partecipanti alla procedura dell'avvenuta pubblicazione sul sistema del presente verbale con allegato il verbale della Commissione giudicatrice.

La seduta si chiude alle ore 09.00.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente:**

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas

**I Testimoni:**

Sig.ra Paola Gasparotto

Dott.ssa Maria Teresa Deidda

quest'ultimo con funzioni di Segretario verbalizzante.

The block contains three handwritten signatures. The top signature is of the President, Dr.ssa M. Gesuina Demurtas. The middle signature is of the witness Sig.ra Paola Gasparotto. The bottom signature is of the witness Dott.ssa Maria Teresa Deidda.



N. 2 DEL 30/10/2015

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sardegna  
Azienda U.S.L. n. 5  
Ospedale "S. Martino" - ORISTANO  
Unità Operativa Urologia



Prot. n. 6 del 22/10/2015

Oristano, 22-10-15

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LASER AD OLMIO PER IL TRATTAMENTO DELLA LITASI URINARIA - INCISIONE DI STENOSI - ABLAZIONE PICCOLI TUMORI DA DESTINARE AL SERVIZIO UROLOGIA DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO.

In data odierna si è riunita la Commissione Giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute.

E' stata esaminata la documentazione tecnica delle seguenti ditte:

1. CARLO BIANCHI S.r.l.
2. COOK MEDICAL S.r.l.
3. DIMED S.r.l.
4. UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.

Dall'esame delle offerte è risultato quanto segue:

1. Ditta CARLO BIANCHI: l'offerta risulta conforme a quanto richiesto.
2. Ditta COOK MEDICAL: l'offerta risulta non conforme per i seguenti motivi:
  - punto 15 di cui all'art. 2 del Capitolato: la frequenza degli impulsi è inferiore ai valori richiesti;
  - punto 17 di cui all'art. 2 del Capitolato: la potenza della fibra da 200 nm è inferiore a quella richiesta;
  - punto 18 di cui all'art. 2 del Capitolato: dalla descrizione non si evince un controllo dei parametri in tempo reale;
  - punto 19 di cui all'art. 2 del Capitolato: il sistema di raffreddamento è del tipo ad aria e non ad acqua.
3. DIMED S.r.l.: l'offerta risulta non conforme per i seguenti motivi:
  - punto 16 di cui all'art. 2 del Capitolato: la durata della pulsazione regolabile non copre il range richiesto (100 - 700  $\mu$ s anziché 150-800  $\mu$ s); inoltre nella scheda tecnica è riportato il valore di 650  $\mu$ s.
4. UROLOGY DIAGNOSTIC S.r.l.: l'offerta risulta conforme a quanto richiesto.

Oristano, 22-10-15

Il componente  
Ing. Daniele Saba

Il Componente  
Dr.ssa Daniela Checquolo

Il Presidente  
Dr. Vincenzo Pecoraro