

**FORNITURA, IN LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI, DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE, FISSE E MOBILI, PER IL NUOVO EDIFICIO "DEA" DELL'OSPEDALE "SAN MARTINO" DI ORISTANO E PER GLI OSPEDALI "G. P. DELOGU" DI GHILARZA E "A. G. MASTINO" DI BOSA.**

In riferimento alla gara in oggetto si comunica che verranno periodicamente pubblicate su questo sito eventuali precisazioni e risposte ai quesiti pervenuti alla nostra amministrazione.

Ad oggi si precisa quanto segue:

**LOTTO 01 Ventilazione**

1. Nel Disciplinare Tecnico all'articolo 2 "Lotti di gara" vengono indicati n° 8 ventilatori per terapia intensiva e n°7 ventilatori polmonari per emergenza mentre negli allegati tecnici C.01.0002 e C.01.0003 vi sono indicati rispettivamente n° 9 ventilatori per terapia intensiva e n°5 ventilatori polmonari per emergenza con indicazione delle destinazioni. **Si confermano le quantità indicate negli allegati tecnici C.01.0002 (n° 9 ventilatori per terapia intensiva) e C.01.0003 (n°5 ventilatori polmonari per emergenza).**

**LOTTO 02 Ecografia**

1. Si precisa che con la dicitura "Ecografo di fascia alta" si intende un ecografo "top di gamma".

**LOTTO 05 Lampade**

1. Nel Disciplinare Tecnico all'articolo 2 "Lotti di gara" vengono indicati n° 4 lampade scialitiche a soffitto mentre nell'allegato tecnico C.05.0003 ne sono richieste n°5 con indicazione delle destinazioni. **Si conferma la quantità indicata nell'allegato tecnico C.05.0003.**

**LOTTO 06 Travi Porta Servizi**

1. Si precisa che dalle planimetrie allegare agli atti di gara si evincono tutte le informazioni per la formulazione dell'offerta, con indicazione esatta dei punti in cui le travi dovranno essere installate. Pertanto non risulta necessario effettuare dei sopralluoghi in cantiere.

**LOTTO 07 Mammografo Digitale**

1. Si precisa che nelle specifiche tecniche indicate nell'allegato tecnico C.07.0001 alla voce "Specifiche generali" la funzionalità della tomosintesi è considerata requisito preferenziale e non essenziale qualora essa venga offerta dovrà necessariamente essere accompagnata dalla certificazione CE che dovrà essere allegata alla documentazione di gara.
2. I monitor LCD ad alta risoluzione dovranno essere da almeno 5 Mega Pixels come indicato dalle linee guida relative alla refertazione degli esami senologici.